



Kalibrierschein / Calibration certificate



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-K-15070-01-00

erstellt durch das Kalibrierlaboratorium
issued by the calibration laboratory

Testo Industrial Services GmbH
Gewerbestr. 3
79199 Kirchzarten

Kalibrierzeichen
Calibration mark

MUSTER

D-K-
15070-01-00

2024-01

Gegenstand <i>Object</i>	V-LISN
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Schwarzbeck Mess- Elektronik e
Typ <i>Type</i>	NSLK 8117
Fabrikat/Serien-Nr. <i>Serial no.</i>	12345
Equipment Nr. <i>Equipment no.</i>	12345678
Prüfmittel Nr. <i>Test equipment no.</i>	1234567
Auftraggeber <i>Customer</i>	Mustermann GmbH
	DE-12345 Musterhausen
Auftragsnummer <i>Order no.</i>	654321

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die metrologische Rückführbarkeit auf das Internationale Einheitensystem (SI). Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Die Messergebnisse beziehen sich nur auf den kalibrierten Gegenstand. Das Laboratorium gibt keine Empfehlung über das Kalibrierintervall. Für die Festlegung und Einhaltung von Fristen zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

This calibration certificate documents the metrological traceability to the International System of Units (SI). The DAkkS is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. The measurement results refer only to the calibration object. The laboratory does not make any recommendation about the calibration interval. The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Datum der Kalibrierung 03.01.2024
Date of calibration

Datum der Rekalibrierung 03.01.2026
Date of re-calibration

Konformitätsaussage pass
Conformity

Weitere Informationen auf Seite 15
Further information see page 15

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums.
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory.

V 8.03 / DE

Datum der Ausstellung
Date of issue

Leiter des Kalibrierlaboratoriums
Head of the calibration laboratory

Freigabe des Kalibrierscheins durch
Approval of the certificate of calibration by

21.03.2025

Max Mustermann

Max Mustermann

Kalibrierschein vom Calibration certificate dated 21.03.2025

Kalibriergegenstand (KG) Calibration object

Gegenstand Object V-LISN

Inventar Nr. Inventory no. 123456

Standort Location ---

Kalibrierverfahren Calibration procedure

Die Kalibrierung erfolgt gemäß den Anforderungen der DIN EN 55016-1-2:2019-10

The calibration is performed according to the DIN EN 55016-1-2:2019-10 standard

Verwendete Kalibrierprozedur Used calibration procedure E:Schuko-:9k-30MHz:NNB:DAKKS / Rev.: 1.20

Umgebungsbedingungen Ambient conditions

Temperatur Temperature (23 ± 1) °C

Relative Luftfeuchte Relative humidity (20...70) %

Messeinrichtungen Measuring equipment

Referenz Reference	Rückführung Traceability	Rekal. Next cal.	Zertifikats Nr. Certificate-no.	Eq.-Nr. EQ-no.
GPS Controlled Frequency Standard 910	GPS locked	---	---	10640562
Network Analyser E5071C	15070-01-00	2024-07	E251447	14292834
ECAL Modul N4431B N4431B-ATO-61565	15070-01-00	2024-11	E264886	15087229

Referenzzertifikate sind auf www.primasonline.com abrufbar Reference certificates are available at www.primasonline.com


Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Messwert KG Measured value UUT	Abweichung deviation	Zulässige Abweichung Allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of Allowed deviation %	Messunsicherheit ($k=2$) Measuring uncertainty ($k=2$)
Input Impedance DUT Specified Impedance = 50 μ H + 5 Ohm 50 Ohms RF Output / Receiver Port Connection: 50 Ohms Mains Connection: Short EuT Connection: VNA Port 1						
SCHUKO N0/N						
5.199 Ω	9 kHz	5.22 Ω	0.02 Ω	$\pm 1.044 \Omega$	2% pass	0.65 Ω
21.902°	9 kHz	26.55°	4.6°	$\pm 11.5^\circ$	40% pass	1.2°
6.010 Ω	15 kHz	6.22 Ω	0.21 Ω	$\pm 1.244 \Omega$	17% pass	0.65 Ω
36.795°	15 kHz	38.41°	1.6°	$\pm 11.5^\circ$	14% pass	1.2°
6.990 Ω	20 kHz	7.25 Ω	0.26 Ω	$\pm 1.45 \Omega$	18% pass	0.65 Ω
43.918°	20 kHz	44.97°	1.1°	$\pm 11.5^\circ$	9% pass	1.2°
8.068 Ω	25 kHz	8.38 Ω	0.31 Ω	$\pm 1.676 \Omega$	19% pass	0.65 Ω
48.459°	25 kHz	49.39°	0.9°	$\pm 11.5^\circ$	8% pass	1.2°
9.187 Ω	30 kHz	9.56 Ω	0.37 Ω	$\pm 1.912 \Omega$	20% pass	0.65 Ω
51.402°	30 kHz	52.33°	0.9°	$\pm 11.5^\circ$	8% pass	1.2°
11.459 Ω	40 kHz	11.99 Ω	0.53 Ω	$\pm 2.398 \Omega$	22% pass	0.65 Ω
54.528°	40 kHz	55.43°	0.9°	$\pm 11.5^\circ$	8% pass	1.2°
13.707 Ω	50 kHz	14.41 Ω	0.70 Ω	$\pm 2.882 \Omega$	24% pass	0.65 Ω
55.606°	50 kHz	56.40°	0.8°	$\pm 11.5^\circ$	7% pass	1.2°
15.891 Ω	60 kHz	16.77 Ω	0.88 Ω	$\pm 3.354 \Omega$	26% pass	0.65 Ω
55.598°	60 kHz	56.23°	0.6°	$\pm 11.5^\circ$	6% pass	1.2°
17.987 Ω	70 kHz	19.04 Ω	1.05 Ω	$\pm 3.808 \Omega$	28% pass	0.65 Ω
54.970°	70 kHz	55.40°	0.4°	$\pm 11.5^\circ$	4% pass	1.2°
19.982 Ω	80 kHz	21.19 Ω	1.21 Ω	$\pm 4.238 \Omega$	29% pass	0.65 Ω
53.970°	80 kHz	54.19°	0.2°	$\pm 11.5^\circ$	2% pass	1.2°
21.868 Ω	90 kHz	23.22 Ω	1.35 Ω	$\pm 4.644 \Omega$	29% pass	0.65 Ω
52.746°	90 kHz	52.77°	0.0°	$\pm 11.5^\circ$	0% pass	1.2°
23.643 Ω	100 kHz	25.11 Ω	1.47 Ω	$\pm 5.022 \Omega$	29% pass	0.65 Ω
51.401°	100 kHz	51.22°	-0.2°	$\pm 11.5^\circ$	2% pass	1.2°
30.919 Ω	150 kHz	34.29 Ω	3.37 Ω	$\pm 6.858 \Omega$	49% pass	0.65 Ω
44.331°	150 kHz	46.70°	2.4°	$\pm 11.5^\circ$	21% pass	1.2°

Kalibrierschein vom Calibration certificate dated 21.03.2025

MUSTER
D-K- 15070-01-00
2024-01


Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Messwert KG Measured value UUT	Abweichung deviation	Zulässige Abweichung Allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of Allowed deviation %	Messunsicherheit ($k=2$) Measuring uncertainty ($k=2$)
33.158 Ω 41.679 °	170 kHz 170 kHz	36.50 Ω 43.11 °	3.34 Ω 1.4 °	$\pm 7.3 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	46% pass 12% pass	0.65 Ω 1.2 °
35.936 Ω 38.055 °	200 kHz 200 kHz	39.12 Ω 38.51 °	3.18 Ω 0.5 °	$\pm 7.824 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	41% pass 4% pass	0.65 Ω 1.2 °
39.365 Ω 32.962 °	250 kHz 250 kHz	42.18 Ω 32.48 °	2.82 Ω -0.5 °	$\pm 8.436 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	33% pass 4% pass	0.65 Ω 1.2 °
41.739 Ω 28.897 °	300 kHz 300 kHz	44.17 Ω 27.95 °	2.43 Ω -0.9 °	$\pm 8.834 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	28% pass 8% pass	0.65 Ω 1.2 °
43.414 Ω 25.631 °	350 kHz 350 kHz	45.52 Ω 24.45 °	2.11 Ω -1.2 °	$\pm 9.104 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	23% pass 10% pass	0.65 Ω 1.2 °
44.635 Ω 22.985 °	400 kHz 400 kHz	46.46 Ω 21.70 °	1.83 Ω -1.3 °	$\pm 9.292 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	20% pass 11% pass	0.65 Ω 1.2 °
46.231 Ω 18.986 °	500 kHz 500 kHz	47.65 Ω 17.66 °	1.42 Ω -1.3 °	$\pm 9.53 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	15% pass 12% pass	0.65 Ω 1.2 °
47.188 Ω 16.149 °	600 kHz 600 kHz	48.33 Ω 14.86 °	1.14 Ω -1.3 °	$\pm 9.666 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	12% pass 11% pass	0.65 Ω 1.2 °
47.803 Ω 14.043 °	700 kHz 700 kHz	48.76 Ω 12.81 °	0.96 Ω -1.2 °	$\pm 9.752 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	10% pass 11% pass	0.65 Ω 1.2 °
48.218 Ω 12.426 °	800 kHz 800 kHz	49.04 Ω 11.25 °	0.82 Ω -1.2 °	$\pm 9.808 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	8% pass 10% pass	0.66 Ω 1.2 °
48.510 Ω 11.148 °	900 kHz 900 kHz	49.24 Ω 10.03 °	0.73 Ω -1.1 °	$\pm 9.848 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	7% pass 10% pass	0.66 Ω 1.2 °
48.724 Ω 10.116 °	1 MHz 1 MHz	49.38 Ω 9.04 °	0.66 Ω -1.1 °	$\pm 9.876 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	7% pass 9% pass	0.66 Ω 1.2 °
49.010 Ω 8.565 °	1.2 MHz 1.2 MHz	49.57 Ω 7.56 °	0.56 Ω -1.0 °	$\pm 9.914 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	6% pass 9% pass	0.66 Ω 1.2 °
49.261 Ω 7.028 °	1.5 MHz 1.5 MHz	49.72 Ω 6.06 °	0.46 Ω -1.0 °	$\pm 9.944 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	5% pass 8% pass	0.66 Ω 1.2 °
49.530 Ω 5.503 °	2 MHz 2 MHz	49.84 Ω 4.55 °	0.31 Ω -1.0 °	$\pm 9.968 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	3% pass 8% pass	0.66 Ω 1.2 °
49.672 Ω 4.541 °	2.5 MHz 2.5 MHz	49.90 Ω 3.64 °	0.23 Ω -0.9 °	$\pm 9.98 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	2% pass 8% pass	0.67 Ω 1.2 °

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Messwert KG Measured value UUT	Abweichung deviation	Zulässige Abweichung Allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of Allowed deviation %	Messunsicherheit ($k=2$) Measuring uncertainty ($k=2$)
49.738 Ω 3.912°	3 MHz 3 MHz	49.93 Ω 3.04°	0.19 Ω -0.9°	$\pm 9.986 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	2% pass 8% pass	0.67 Ω 1.2°
49.788 Ω 3.178°	4 MHz 4 MHz	49.96 Ω 2.28°	0.17 Ω -0.9°	$\pm 9.992 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	2% pass 8% pass	0.67 Ω 1.2°
49.804 Ω 2.784°	5 MHz 5 MHz	49.98 Ω 1.82°	0.18 Ω -1.0°	$\pm 9.996 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	2% pass 8% pass	0.68 Ω 1.2°
49.645 Ω 2.465°	7 MHz 7 MHz	49.99 Ω 1.30°	0.34 Ω -1.2°	$\pm 9.998 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	3% pass 10% pass	0.69 Ω 1.2°
49.769 Ω 2.473°	10 MHz 10 MHz	49.99 Ω 0.91°	0.22 Ω -1.6°	$\pm 9.998 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	2% pass 14% pass	0.71 Ω 1.2°
49.347 Ω 2.309°	15 MHz 15 MHz	50.00 Ω 0.61°	0.65 Ω -1.7°	$\pm 10 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	7% pass 15% pass	0.74 Ω 1.2°
49.578 Ω 6.703°	20 MHz 20 MHz	50.00 Ω 0.46°	0.42 Ω -6.2°	$\pm 10 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	4% pass 54% pass	0.77 Ω 1.2°
47.588 Ω 6.773°	30 MHz 30 MHz	50.00 Ω 0.30°	2.41 Ω -6.5°	$\pm 10 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	24% pass 56% pass	0.83 Ω 1.2°



P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\14807712_impedance_mag_2024.01.03_1120_21.png

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Messwert KG Measured value UUT	Abweichung deviation	Zulässige Abweichung Allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of Allowed deviation %	Messunsicherheit ($k=2$) Measuring uncertainty ($k=2$)
-------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---	---	---



P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\14807712_impedance_phase_2024.01.03_1120_22.png

SCHUKO L1/R

5.222 Ω	9 kHz	5.22 Ω	0.00 Ω	$\pm 1.044 \Omega$	0% pass	0.65 Ω
20.996 $^\circ$	9 kHz	26.55 $^\circ$	5.6 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	48% pass	1.2 $^\circ$
6.016 Ω	15 kHz	6.22 Ω	0.20 Ω	$\pm 1.244 \Omega$	16% pass	0.65 Ω
36.226 $^\circ$	15 kHz	38.41 $^\circ$	2.2 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	19% pass	1.2 $^\circ$
6.988 Ω	20 kHz	7.25 Ω	0.26 Ω	$\pm 1.45 \Omega$	18% pass	0.65 Ω
43.450 $^\circ$	20 kHz	44.97 $^\circ$	1.5 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	13% pass	1.2 $^\circ$
8.059 Ω	25 kHz	8.38 Ω	0.32 Ω	$\pm 1.676 \Omega$	19% pass	0.65 Ω
48.057 $^\circ$	25 kHz	49.39 $^\circ$	1.3 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	12% pass	1.2 $^\circ$
9.171 Ω	30 kHz	9.56 Ω	0.39 Ω	$\pm 1.912 \Omega$	20% pass	0.65 Ω
51.059 $^\circ$	30 kHz	52.33 $^\circ$	1.3 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	11% pass	1.2 $^\circ$
11.432 Ω	40 kHz	11.99 Ω	0.56 Ω	$\pm 2.398 \Omega$	23% pass	0.65 Ω
54.267 $^\circ$	40 kHz	55.43 $^\circ$	1.2 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	10% pass	1.2 $^\circ$
13.669 Ω	50 kHz	14.41 Ω	0.74 Ω	$\pm 2.882 \Omega$	26% pass	0.65 Ω
55.405 $^\circ$	50 kHz	56.40 $^\circ$	1.0 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	9% pass	1.2 $^\circ$
15.844 Ω	60 kHz	16.77 Ω	0.93 Ω	$\pm 3.354 \Omega$	28% pass	0.65 Ω
55.444 $^\circ$	60 kHz	56.23 $^\circ$	0.8 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	7% pass	1.2 $^\circ$
17.931 Ω	70 kHz	19.04 Ω	1.11 Ω	$\pm 3.808 \Omega$	29% pass	0.65 Ω
54.853 $^\circ$	70 kHz	55.40 $^\circ$	0.5 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	5% pass	1.2 $^\circ$
19.920 Ω	80 kHz	21.19 Ω	1.27 Ω	$\pm 4.238 \Omega$	30% pass	0.65 Ω
53.889 $^\circ$	80 kHz	54.19 $^\circ$	0.3 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	3% pass	1.2 $^\circ$

Kalibrierschein vom Calibration certificate dated 21.03.2025


MUSTER
D-K- 15070-01-00
2024-01

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Messwert KG Measured value UUT	Abweichung deviation	Zulässige Abweichung Allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of Allowed deviation %	Messunsicherheit ($k=2$) Measuring uncertainty ($k=2$)
21.806 Ω 52.700 °	90 kHz 90 kHz	23.22 Ω 52.77 °	1.41 Ω 0.1 °	$\pm 4.644 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	30% pass 1% pass	0.65 Ω 1.2 °
23.581 Ω 51.368 °	100 kHz 100 kHz	25.11 Ω 51.22 °	1.53 Ω -0.1 °	$\pm 5.022 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	30% pass 1% pass	0.65 Ω 1.2 °
30.852 Ω 44.332 °	150 kHz 150 kHz	34.29 Ω 46.70 °	3.44 Ω 2.4 °	$\pm 6.858 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	50% pass 21% pass	0.65 Ω 1.2 °
33.094 Ω 41.690 °	170 kHz 170 kHz	36.50 Ω 43.11 °	3.41 Ω 1.4 °	$\pm 7.3 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	47% pass 12% pass	0.65 Ω 1.2 °
35.876 Ω 38.070 °	200 kHz 200 kHz	39.12 Ω 38.51 °	3.24 Ω 0.4 °	$\pm 7.824 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	42% pass 4% pass	0.65 Ω 1.2 °
39.312 Ω 32.979 °	250 kHz 250 kHz	42.18 Ω 32.48 °	2.87 Ω -0.5 °	$\pm 8.436 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	34% pass 4% pass	0.65 Ω 1.2 °
41.689 Ω 28.914 °	300 kHz 300 kHz	44.17 Ω 27.95 °	2.48 Ω -1.0 °	$\pm 8.834 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	28% pass 8% pass	0.65 Ω 1.2 °
43.369 Ω 25.645 °	350 kHz 350 kHz	45.52 Ω 24.45 °	2.15 Ω -1.2 °	$\pm 9.104 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	24% pass 10% pass	0.65 Ω 1.2 °
44.590 Ω 22.995 °	400 kHz 400 kHz	46.46 Ω 21.70 °	1.87 Ω -1.3 °	$\pm 9.292 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	20% pass 11% pass	0.65 Ω 1.2 °
46.184 Ω 18.989 °	500 kHz 500 kHz	47.65 Ω 17.66 °	1.47 Ω -1.3 °	$\pm 9.53 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	15% pass 12% pass	0.65 Ω 1.2 °
47.146 Ω 16.145 °	600 kHz 600 kHz	48.33 Ω 14.86 °	1.18 Ω -1.3 °	$\pm 9.666 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	12% pass 11% pass	0.65 Ω 1.2 °
47.759 Ω 14.033 °	700 kHz 700 kHz	48.76 Ω 12.81 °	1.00 Ω -1.2 °	$\pm 9.752 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	10% pass 11% pass	0.65 Ω 1.2 °
48.174 Ω 12.412 °	800 kHz 800 kHz	49.04 Ω 11.25 °	0.87 Ω -1.2 °	$\pm 9.808 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	9% pass 10% pass	0.66 Ω 1.2 °
48.467 Ω 11.129 °	900 kHz 900 kHz	49.24 Ω 10.03 °	0.77 Ω -1.1 °	$\pm 9.848 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	8% pass 10% pass	0.66 Ω 1.2 °
48.679 Ω 10.096 °	1 MHz 1 MHz	49.38 Ω 9.04 °	0.70 Ω -1.1 °	$\pm 9.876 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	7% pass 9% pass	0.66 Ω 1.2 °
48.966 Ω 8.532 °	1.2 MHz 1.2 MHz	49.57 Ω 7.56 °	0.60 Ω -1.0 °	$\pm 9.914 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	6% pass 8% pass	0.66 Ω 1.2 °


Kalibrierschein vom Calibration certificate dated 21.03.2025

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Messwert KG Measured value UUT	Abweichung deviation	Zulässige Abweichung Allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of Allowed deviation %	Messunsicher- heit ($k=2$) Measuring uncertainty ($k=2$)
49.215 Ω 6.986°	1.5 MHz 1.5 MHz	49.72 Ω 6.06°	0.51 Ω -0.9°	$\pm 9.944 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	5% pass 8% pass	0.66 Ω 1.2°
49.478 Ω 5.447°	2 MHz 2 MHz	49.84 Ω 4.55°	0.36 Ω -0.9°	$\pm 9.968 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	4% pass 8% pass	0.66 Ω 1.2°
49.622 Ω 4.471°	2.5 MHz 2.5 MHz	49.90 Ω 3.64°	0.28 Ω -0.8°	$\pm 9.98 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	3% pass 7% pass	0.67 Ω 1.2°
49.688 Ω 3.825°	3 MHz 3 MHz	49.93 Ω 3.04°	0.24 Ω -0.8°	$\pm 9.986 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	2% pass 7% pass	0.67 Ω 1.2°
49.735 Ω 3.060°	4 MHz 4 MHz	49.96 Ω 2.28°	0.22 Ω -0.8°	$\pm 9.992 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	2% pass 7% pass	0.67 Ω 1.2°
49.749 Ω 2.643°	5 MHz 5 MHz	49.98 Ω 1.82°	0.23 Ω -0.8°	$\pm 9.996 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	2% pass 7% pass	0.68 Ω 1.2°
49.593 Ω 2.308°	7 MHz 7 MHz	49.99 Ω 1.30°	0.40 Ω -1.0°	$\pm 9.998 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	4% pass 9% pass	0.69 Ω 1.2°
49.681 Ω 2.224°	10 MHz 10 MHz	49.99 Ω 0.91°	0.31 Ω -1.3°	$\pm 9.998 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	3% pass 11% pass	0.71 Ω 1.2°
49.295 Ω 1.904°	15 MHz 15 MHz	50.00 Ω 0.61°	0.71 Ω -1.3°	$\pm 10 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	7% pass 11% pass	0.74 Ω 1.2°
49.053 Ω 6.045°	20 MHz 20 MHz	50.00 Ω 0.46°	0.95 Ω -5.6°	$\pm 10 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	9% pass 49% pass	0.77 Ω 1.2°
47.236 Ω 6.008°	30 MHz 30 MHz	50.00 Ω 0.30°	2.76 Ω -5.7°	$\pm 10 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	28% pass 50% pass	0.83 Ω 1.2°

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Messwert KG Measured value UUT	Abweichung deviation	Zulässige Abweichung Allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of Allowed deviation %	Messunsicherheit ($k=2$) Measuring uncertainty ($k=2$)
-------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---	---	---



P:\Zertifikate_ISOIMETCAL_Diagramme\14807712_impedance_mag_2024.01.03_1122_00.png



P:\Zertifikate_ISOIMETCAL_Diagramme\14807712_impedance_phase_2024.01.03_1122_01.png

Attenuation / Voltage Division Ratio


Path: EUT to Receiver Output

RF Output / Receiver Port Connection: VNA Port 2

Mains Connection: 50 Ohm Termination

EuT Connection: VNA Port 1


Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Messwert KG Measured value UUT	Abweichung deviation	Zulässige Abweichung Allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of Allowed deviation %	Messunsicherheit ($k=2$) Measuring uncertainty ($k=2$)
SCHUKO N0/N						
1.045dB	9 kHz	0.00dB	-1.04dB	---dB	---	0.22 dB
0.671dB	10 kHz	0.00dB	-0.67dB	---dB	---	0.22 dB
-0.190dB	20 kHz	0.00dB	0.19dB	---dB	---	0.22 dB
-0.168dB	30 kHz	0.00dB	0.17dB	---dB	---	0.22 dB
-0.138dB	40 kHz	0.00dB	0.14dB	---dB	---	0.22 dB
-0.122dB	50 kHz	0.00dB	0.12dB	---dB	---	0.22 dB
-0.104dB	60 kHz	0.00dB	0.10dB	---dB	---	0.22 dB
-0.091dB	70 kHz	0.00dB	0.09dB	---dB	---	0.22 dB
-0.088dB	80 kHz	0.00dB	0.09dB	---dB	---	0.22 dB
-0.083dB	90 kHz	0.00dB	0.08dB	---dB	---	0.22 dB
-0.075dB	100 kHz	0.00dB	0.08dB	---dB	---	0.22 dB
-0.061dB	150 kHz	0.00dB	0.06dB	---dB	---	0.22 dB
-0.056dB	200 kHz	0.00dB	0.06dB	---dB	---	0.22 dB
-0.047dB	300 kHz	0.00dB	0.05dB	---dB	---	0.22 dB
-0.046dB	400 kHz	0.00dB	0.05dB	---dB	---	0.22 dB
-0.045dB	500 kHz	0.00dB	0.04dB	---dB	---	0.22 dB
-0.046dB	600 kHz	0.00dB	0.05dB	---dB	---	0.22 dB
-0.045dB	700 kHz	0.00dB	0.05dB	---dB	---	0.22 dB
-0.047dB	800 kHz	0.00dB	0.05dB	---dB	---	0.22 dB
-0.046dB	900 kHz	0.00dB	0.05dB	---dB	---	0.22 dB
-0.045dB	1 MHz	0.00dB	0.04dB	---dB	---	0.22 dB
-0.050dB	2 MHz	0.00dB	0.05dB	---dB	---	0.22 dB
-0.049dB	3 MHz	0.00dB	0.05dB	---dB	---	0.22 dB
-0.055dB	4 MHz	0.00dB	0.05dB	---dB	---	0.22 dB
-0.056dB	5 MHz	0.00dB	0.06dB	---dB	---	0.22 dB
-0.054dB	6 MHz	0.00dB	0.05dB	---dB	---	0.22 dB
-0.056dB	7 MHz	0.00dB	0.06dB	---dB	---	0.22 dB
-0.057dB	8 MHz	0.00dB	0.06dB	---dB	---	0.22 dB
-0.057dB	9 MHz	0.00dB	0.06dB	---dB	---	0.22 dB
-0.058dB	10 MHz	0.00dB	0.06dB	---dB	---	0.22 dB
-0.165dB	20 MHz	0.00dB	0.17dB	---dB	---	0.22 dB
-0.054dB	30 MHz	0.00dB	0.05dB	---dB	---	0.22 dB



P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\14807712_VDF_2024.01.03_1125_59.png

Kalibrierschein vom Calibration certificate dated 21.03.2025


Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Messwert KG Measured value UUT	Abweichung deviation	Zulässige Abweichung Allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of Allowed deviation %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
SCHUKO L1/R						
1.017dB	9 kHz	0.00dB	-1.02dB	---dB	---	0.22 dB
0.670dB	10 kHz	0.00dB	-0.67dB	---dB	---	0.22 dB
-0.162dB	20 kHz	0.00dB	0.16dB	---dB	---	0.22 dB
-0.146dB	30 kHz	0.00dB	0.15dB	---dB	---	0.22 dB
-0.117dB	40 kHz	0.00dB	0.12dB	---dB	---	0.22 dB
-0.099dB	50 kHz	0.00dB	0.10dB	---dB	---	0.22 dB
-0.089dB	60 kHz	0.00dB	0.09dB	---dB	---	0.22 dB
-0.077dB	70 kHz	0.00dB	0.08dB	---dB	---	0.22 dB
-0.067dB	80 kHz	0.00dB	0.07dB	---dB	---	0.22 dB
-0.063dB	90 kHz	0.00dB	0.06dB	---dB	---	0.22 dB
-0.058dB	100 kHz	0.00dB	0.06dB	---dB	---	0.22 dB
-0.042dB	150 kHz	0.00dB	0.04dB	---dB	---	0.22 dB
-0.038dB	200 kHz	0.00dB	0.04dB	---dB	---	0.22 dB
-0.035dB	300 kHz	0.00dB	0.03dB	---dB	---	0.22 dB
-0.033dB	400 kHz	0.00dB	0.03dB	---dB	---	0.22 dB
-0.032dB	500 kHz	0.00dB	0.03dB	---dB	---	0.22 dB
-0.035dB	600 kHz	0.00dB	0.04dB	---dB	---	0.22 dB
-0.033dB	700 kHz	0.00dB	0.03dB	---dB	---	0.22 dB
-0.031dB	800 kHz	0.00dB	0.03dB	---dB	---	0.22 dB
-0.034dB	900 kHz	0.00dB	0.03dB	---dB	---	0.22 dB
-0.034dB	1 MHz	0.00dB	0.03dB	---dB	---	0.22 dB
-0.037dB	2 MHz	0.00dB	0.04dB	---dB	---	0.22 dB
-0.036dB	3 MHz	0.00dB	0.04dB	---dB	---	0.22 dB
-0.035dB	4 MHz	0.00dB	0.04dB	---dB	---	0.22 dB
-0.035dB	5 MHz	0.00dB	0.04dB	---dB	---	0.22 dB
-0.036dB	6 MHz	0.00dB	0.04dB	---dB	---	0.22 dB
-0.036dB	7 MHz	0.00dB	0.04dB	---dB	---	0.22 dB
-0.036dB	8 MHz	0.00dB	0.04dB	---dB	---	0.22 dB
-0.033dB	9 MHz	0.00dB	0.03dB	---dB	---	0.22 dB
-0.033dB	10 MHz	0.00dB	0.03dB	---dB	---	0.22 dB
-0.074dB	20 MHz	0.00dB	0.07dB	---dB	---	0.22 dB
0.011dB	30 MHz	0.00dB	-0.01dB	---dB	---	0.22 dB



P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\14807712_VDF_2024.01.03_1128_33.png

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Messwert KG Measured value UUT	Abweichung deviation	Zulässige Abweichung Allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of Allowed deviation %	Messunsicher- heit ($k=2$) Measuring uncertainty ($k=2$)
Isolation						
Path: Mains to Receiver Output						
RF Output / Receiver Port Connection: VNA Port 2						
Mains Connection: VNA Port 1						
EuT Connection: 50 Ohm						
Schuko N0/N						
20.79dB	9 kHz	0.0dB	-20.79dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
32.16dB	15 kHz	11.9dB	-20.26dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
37.59dB	20 kHz	18.6dB	-18.99dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
41.73dB	25 kHz	23.8dB	-17.93dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
45.04dB	30 kHz	28.1dB	-16.94dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
50.60dB	40 kHz	34.8dB	-15.80dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
55.37dB	50 kHz	40.0dB	-15.37dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
59.83dB	60 kHz	40.0dB	-19.83dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
64.39dB	70 kHz	40.0dB	-24.39dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
69.48dB	80 kHz	40.0dB	-29.48dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
75.35dB	90 kHz	40.0dB	-35.35dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
77.44dB	100 kHz	40.0dB	-37.44dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
68.10dB	150 kHz	40.0dB	-28.10dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
65.23dB	200 kHz	40.0dB	-25.23dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
61.15dB	500 kHz	40.0dB	-21.15dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
60.26dB	700 kHz	40.0dB	-20.26dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
59.50dB	1 MHz	40.0dB	-19.50dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
58.37dB	2 MHz	40.0dB	-18.37dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
55.26dB	5 MHz	40.0dB	-15.26dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
53.87dB	7 MHz	40.0dB	-13.87dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
52.38dB	10 MHz	40.0dB	-12.38dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
51.00dB	12 MHz	40.0dB	-11.00dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
51.21dB	14 MHz	40.0dB	-11.21dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
49.23dB	16 MHz	40.0dB	-9.23dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
47.59dB	18 MHz	40.0dB	-7.59dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
47.96dB	20 MHz	40.0dB	-7.96dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
49.06dB	22 MHz	40.0dB	-9.06dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
50.85dB	24 MHz	40.0dB	-10.85dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
52.23dB	26 MHz	40.0dB	-12.23dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
49.94dB	28 MHz	40.0dB	-9.94dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
45.30dB	30 MHz	40.0dB	-5.30dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB


Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Messwert KG Measured value UUT	Abweichung deviation	Zulässige Abweichung Allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of Allowed deviation %	Messunsicher- heit ($k=2$) Measuring uncertainty ($k=2$)
-------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------	--	---	---



P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\14807712_attenuation_2024.01.03_1130_08.png

Schuko L1/R1

20.24dB	9 kHz	0.0dB	-20.24dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
31.45dB	15 kHz	11.9dB	-19.55dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
36.75dB	20 kHz	18.6dB	-18.15dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
40.71dB	25 kHz	23.8dB	-16.91dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
43.79dB	30 kHz	28.1dB	-15.69dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
48.67dB	40 kHz	34.8dB	-13.87dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
52.37dB	50 kHz	40.0dB	-12.37dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
55.29dB	60 kHz	40.0dB	-15.29dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
57.55dB	70 kHz	40.0dB	-17.55dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
59.35dB	80 kHz	40.0dB	-19.35dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
60.82dB	90 kHz	40.0dB	-20.82dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
61.87dB	100 kHz	40.0dB	-21.87dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
64.91dB	150 kHz	40.0dB	-24.91dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
66.33dB	200 kHz	40.0dB	-26.33dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
70.41dB	500 kHz	40.0dB	-30.41dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
71.79dB	700 kHz	40.0dB	-31.79dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
72.70dB	1 MHz	40.0dB	-32.70dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
73.29dB	2 MHz	40.0dB	-33.29dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
77.39dB	5 MHz	40.0dB	-37.39dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
77.71dB	7 MHz	40.0dB	-37.71dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
77.06dB	10 MHz	40.0dB	-37.06dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
75.96dB	12 MHz	40.0dB	-35.96dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
75.97dB	14 MHz	40.0dB	-35.97dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
71.08dB	16 MHz	40.0dB	-31.08dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
68.78dB	18 MHz	40.0dB	-28.78dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
75.76dB	20 MHz	40.0dB	-35.76dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
82.81dB	22 MHz	40.0dB	-42.81dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
83.41dB	24 MHz	40.0dB	-43.41dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
77.82dB	26 MHz	40.0dB	-37.82dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
68.03dB	28 MHz	40.0dB	-28.03dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
60.78dB	30 MHz	40.0dB	-20.78dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB



Messunsicherheit Measuring uncertainty

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor $k = 2$ ergibt. Sie wurde gemäß EA-4/02 M: 2022 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 95 % im zugeordneten Werteintervall. Ein Anteil für die Langzeit-Instabilität ist nicht enthalten. Die dimensionslosen Anteile der Messunsicherheit sind als relative Messunsicherheiten bezogen auf den Messwert zu verstehen.

The expanded uncertainty of measurement corresponding to the measurement results is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$. This was determined in accordance with EA-4/02 M: 2022. Usually the true value is located in the corresponding interval with a probability of approximately 95%. The non-dimensional fractions of the measuring uncertainty are relative values in relation to the indicated value.

Bemerkungen Special remarks

Bewertung der Konformität Determination of conformity

Gesamtkonformität: Overall conformity:

Alle Messergebnisse liegen innerhalb der zulässigen Abweichung

All measurement results are within the allowed deviation

¹⁾ Die Konformitätsaussage erfolgt gemäß der Entscheidungsregel 'Vertrauensniveau 50' mit einer Konformitätswahrscheinlichkeit größer 50%. Zulässige Abweichung abgeschätzt durch Testo Industrial Services GmbH.

¹⁾ The statement of conformity is made according to the decision rule 'confidence level 50' with a probability of conformity greater than 50%. Allowed deviation estimated by Testo Industrial Services.

Zeichenerklärung zum Diagramm:
 ◆ blau = Normal (4Eck; µN normiert)
 ● grün = Kalibriergegenst. (Kreis; µ(KG) normiert)
 — rot = ± Zulässige Abweichung (normiert auf ±100%)
 H schwarz = erw. Messunsicherheit für k=2 (normiert)

Die Einhaltung der Spezifikation wird im Kalibrierzertifikat wie folgt angezeigt:

The compliance to specification is represented on the calibration certificate as follows:

Messwert und Messunsicherheit innerhalb der zulässigen Abweichung Measured value and measurement uncertainty within specification	pass	
Messwert innerhalb und Messunsicherheit außerhalb der zulässigen Abweichung. Measured value within and measurement uncertainty outside the specification.	pass	
Messwert außerhalb und Messunsicherheit teilweise innerhalb der zulässigen Abweichung Measured value outside and measurement uncertainty partly within the specification.	fail	
Messwert und Messunsicherheit außerhalb der zulässigen Abweichung Measured value and measurement uncertainty outside specification.	fail	

Ausnutzung der zulässigen Abweichung in % = |Abweichung| / Zulässige Abweichung

Utilization of allowed deviation % = |deviation| / allowed deviation

Die Angabe der Toleranzausnutzung in % ist bei logarithmischen Einheiten nicht sinnvoll und wird mit "---" entwertet.

The indication of the tolerance utilization in % is not applicable for logarithmic units and is invalidated with "---".

The German original text is valid in case of doubt.

- Ende des Kalibrierscheins -
 - End of the calibration certificate. -