



Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Gegenstand
Object V-LISN

Hersteller
Manufacturer Schwarzbeck Mess-Elektronik

Typ
Type description NSLK 8128 RC

Serien Nr.
Serial no. 12345

Inventar Nr.
Inventory no. ---

Prüfmittel Nr.
Test equipment no. ---

Equipment Nr.
Equipment no. 12345678

Standort
Location ---

Auftraggeber
Customer Mustermann GmbH

Kunden Nr.
Customer ID no. DE-12345 Musterhausen

Auftrags Nr.
Order no. 1234567

654321

Datum der Kalibrierung
Date of calibration 13.05.2024

Datum der empfohlenen Rekalibrierung
Date of the recommended re-calibration 13.05.2025

Konformitätsaussage pass
Conformity

Hiermit bestätigen wir, dass das durchführende Kalibrierlabor ein Managementsystem nach ISO 9001:2015, sowie DIN EN ISO/IEC 17025:2018 eingeführt hat. Die Urkunden finden Sie auf www.testotis.de. Die für die Kalibrierung verwendeten Messeinrichtungen werden regelmäßig kalibriert und sind rückführbar auf die nationalen Normale der Physikalisch Technischen Bundesanstalt (PTB) Deutschlands oder auf andere nationale Normale. Wo keine nationalen Normale existieren, entspricht das Messverfahren den derzeit gültigen technischen Regeln und Normen. Die für diesen Vorgang angefertigte Dokumentation kann eingesehen werden. Alle erforderlichen Messdaten sind in diesem Kalibrier-Zertifikat aufgelistet.

Hereby we confirm that the performing calibration laboratory is working with a management system according to ISO 9001:2015 and DIN EN ISO/IEC 17025:2018. Accreditation certificates can be found under www.testotis.de. The measuring installations used for calibration are regularly calibrated and traceable to the national standards of the German Federal Physical Technical Institute (PTB) or other national standards. Should no national standards exist, the measuring procedure corresponds with the technical regulations and norms valid at the time of the measurement. The documents established for this procedure are available for viewing. All the necessary measured data can be found on the following page(s) of this calibration certificate.

¹⁾ Die erweiterte Messunsicherheit wurde nach EA-4/02 M:2022 mit einer Überdeckungswahrscheinlichkeit von 95% berechnet und enthält die Unsicherheit der Referenz, des Verfahrens sowie die Unsicherheit des Prüflings. Die Konformitätsaussage erfolgt nach der Entscheidungsregel 'Vertrauensniveau 50'.

¹⁾ The expanded measurement uncertainty was calculated according to EA-4/02 M:2022 with a coverage probability of 95% and contains the uncertainty of the reference, the method and the uncertainty of the unit under test. The statement of conformity is based on the decision rule 'confidence level 50'.

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with permission of the issuing laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

V 5.16 / DE

Stempel Seal



Fachverantwortlicher Supervisor

Martina Musterfrau

Martina Musterfrau

Bearbeiter Technician

Max Mustermann

Max Mustermann

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Messeinrichtung Measuring equipment

Referenz Reference	Rückführung Traceability	Rekal. Next cal.	Zertifikat-Nr. Certificate-no.	EQ-Nr. EQ-no.
GPS Controlled Frequency Standard Fluke 910	GPS locked ---	---	---	10640562
Network Analyser Keysight Technologies E5071C	15070-01-00 2023-07	2024-07	E251447	14292834
ECAL Modul N4431B KEYSIGHT Technologies N4431B-ATO-61565	15070-01-00 2023-11	2024-11	E264886	15087229

Referenzzertifikate sind auf www.primasonline.com abrufbar Reference certificates are available at www.primasonline.com

Umgebungsbedingungen Ambient conditions

Temperatur Temperature (23 ± 1) °C
Relative Luftfeuchte Relative Humidity (20...70) %

Messverfahren Measuring procedure

Die Kalibrierung erfolgt gemäß den Anforderungen der DIN EN 55016-1-2:2019-10
The calibration is performed according to the DIN EN 55016-1-2:2019-10 standard

Prüfprozedur Procedure F:CEKON+Schuko+AH:9k-30MHz:NNB:DAKKS / Rev.:1.20

Messergebnisse Measuring results

Seite Page 3 bis to 34

Besondere Bemerkungen Special remarks

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
Input Impedance DUT Specified Impedance = 50 μ H + 5 Ohm 50 Ohms RF Output / Receiver Port Connection: 50 Ohms Mains Connection: Short EuT Connection: VNA Port 1						
Path N0/N						
4.927 Ω	9 kHz	5.22 Ω	0.29 Ω	$\pm 1.044 \Omega$	28% pass	0.65 Ω
15.634 $^\circ$	9 kHz	26.55 $^\circ$	10.9 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	95% pass	1.2 $^\circ$
6.537 Ω	15 kHz	6.22 Ω	-0.32 Ω	$\pm 1.244 \Omega$	25% pass	0.65 Ω
35.297 $^\circ$	15 kHz	38.41 $^\circ$	3.1 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	27% pass	1.2 $^\circ$
7.526 Ω	20 kHz	7.25 Ω	-0.28 Ω	$\pm 1.45 \Omega$	19% pass	0.65 Ω
42.498 $^\circ$	20 kHz	44.97 $^\circ$	2.5 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	22% pass	1.2 $^\circ$
8.707 Ω	25 kHz	8.38 Ω	-0.33 Ω	$\pm 1.676 \Omega$	20% pass	0.65 Ω
47.455 $^\circ$	25 kHz	49.39 $^\circ$	1.9 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	17% pass	1.2 $^\circ$
9.958 Ω	30 kHz	9.56 Ω	-0.40 Ω	$\pm 1.912 \Omega$	21% pass	0.65 Ω
50.601 $^\circ$	30 kHz	52.33 $^\circ$	1.7 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	15% pass	1.2 $^\circ$
12.514 Ω	40 kHz	11.99 Ω	-0.52 Ω	$\pm 2.398 \Omega$	22% pass	0.65 Ω
53.657 $^\circ$	40 kHz	55.43 $^\circ$	1.8 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	15% pass	1.2 $^\circ$
15.026 Ω	50 kHz	14.41 Ω	-0.62 Ω	$\pm 2.882 \Omega$	21% pass	0.65 Ω
54.403 $^\circ$	50 kHz	56.40 $^\circ$	2.0 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	17% pass	1.2 $^\circ$
17.434 Ω	60 kHz	16.77 Ω	-0.66 Ω	$\pm 3.354 \Omega$	20% pass	0.65 Ω
53.998 $^\circ$	60 kHz	56.23 $^\circ$	2.2 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	19% pass	1.2 $^\circ$
19.714 Ω	70 kHz	19.04 Ω	-0.67 Ω	$\pm 3.808 \Omega$	18% pass	0.65 Ω
52.960 $^\circ$	70 kHz	55.40 $^\circ$	2.4 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	21% pass	1.2 $^\circ$
21.846 Ω	80 kHz	21.19 Ω	-0.66 Ω	$\pm 4.238 \Omega$	16% pass	0.65 Ω
51.586 $^\circ$	80 kHz	54.19 $^\circ$	2.6 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	23% pass	1.2 $^\circ$
23.825 Ω	90 kHz	23.22 Ω	-0.61 Ω	$\pm 4.644 \Omega$	13% pass	0.65 Ω
50.048 $^\circ$	90 kHz	52.77 $^\circ$	2.7 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	24% pass	1.2 $^\circ$
25.658 Ω	100 kHz	25.11 Ω	-0.55 Ω	$\pm 5.022 \Omega$	11% pass	0.65 Ω
48.417 $^\circ$	100 kHz	51.22 $^\circ$	2.8 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	24% pass	1.2 $^\circ$
32.753 Ω	150 kHz	34.29 Ω	1.54 Ω	$\pm 6.858 \Omega$	22% pass	0.65 Ω
40.521 $^\circ$	150 kHz	46.70 $^\circ$	6.2 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	54% pass	1.2 $^\circ$
34.806 Ω	170 kHz	36.50 Ω	1.69 Ω	$\pm 7.3 \Omega$	23% pass	0.65 Ω
37.739 $^\circ$	170 kHz	43.11 $^\circ$	5.4 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	47% pass	1.2 $^\circ$

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate


MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
37.266 Ω 34.064 °	200 kHz 200 kHz	39.12 Ω 38.51 °	1.85 Ω 4.4 °	$\pm 7.824 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	24% pass 39% pass	0.65 Ω 1.2 °
40.162 Ω 29.101 °	250 kHz 250 kHz	42.18 Ω 32.48 °	2.02 Ω 3.4 °	$\pm 8.436 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	24% pass 29% pass	0.65 Ω 1.2 °
42.081 Ω 25.284 °	300 kHz 300 kHz	44.17 Ω 27.95 °	2.09 Ω 2.7 °	$\pm 8.834 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	24% pass 23% pass	0.65 Ω 1.2 °
43.411 Ω 22.295 °	350 kHz 350 kHz	45.52 Ω 24.45 °	2.11 Ω 2.2 °	$\pm 9.104 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	23% pass 19% pass	0.65 Ω 1.2 °
44.339 Ω 19.923 °	400 kHz 400 kHz	46.46 Ω 21.70 °	2.12 Ω 1.8 °	$\pm 9.292 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	23% pass 16% pass	0.65 Ω 1.2 °
45.544 Ω 16.419 °	500 kHz 500 kHz	47.65 Ω 17.66 °	2.11 Ω 1.2 °	$\pm 9.53 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	22% pass 11% pass	0.65 Ω 1.2 °
46.278 Ω 13.970 °	600 kHz 600 kHz	48.33 Ω 14.86 °	2.05 Ω 0.9 °	$\pm 9.666 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	21% pass 8% pass	0.65 Ω 1.2 °
46.736 Ω 12.183 °	700 kHz 700 kHz	48.76 Ω 12.81 °	2.02 Ω 0.6 °	$\pm 9.752 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	21% pass 5% pass	0.65 Ω 1.2 °
47.033 Ω 10.826 °	800 kHz 800 kHz	49.04 Ω 11.25 °	2.01 Ω 0.4 °	$\pm 9.808 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	21% pass 4% pass	0.66 Ω 1.2 °
47.257 Ω 9.767 °	900 kHz 900 kHz	49.24 Ω 10.03 °	1.98 Ω 0.3 °	$\pm 9.848 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	20% pass 2% pass	0.66 Ω 1.2 °
47.425 Ω 8.913 °	1 MHz 1 MHz	49.38 Ω 9.04 °	1.96 Ω 0.1 °	$\pm 9.876 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	20% pass 1% pass	0.66 Ω 1.2 °
47.662 Ω 7.623 °	1.2 MHz 1.2 MHz	49.57 Ω 7.56 °	1.91 Ω -0.1 °	$\pm 9.914 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	19% pass 1% pass	0.66 Ω 1.2 °
47.881 Ω 6.318 °	1.5 MHz 1.5 MHz	49.72 Ω 6.06 °	1.84 Ω -0.3 °	$\pm 9.944 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	19% pass 2% pass	0.66 Ω 1.2 °
48.060 Ω 4.982 °	2 MHz 2 MHz	49.84 Ω 4.55 °	1.78 Ω -0.4 °	$\pm 9.968 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	18% pass 4% pass	0.66 Ω 1.2 °
47.991 Ω 4.358 °	2.5 MHz 2.5 MHz	49.90 Ω 3.64 °	1.91 Ω -0.7 °	$\pm 9.98 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	19% pass 6% pass	0.67 Ω 1.2 °
48.035 Ω 4.138 °	3 MHz 3 MHz	49.93 Ω 3.04 °	1.90 Ω -1.1 °	$\pm 9.986 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	19% pass 10% pass	0.67 Ω 1.2 °
48.261 Ω 3.973 °	4 MHz 4 MHz	49.96 Ω 2.28 °	1.70 Ω -1.7 °	$\pm 9.992 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	17% pass 15% pass	0.67 Ω 1.2 °

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
48.534 Ω	5 MHz	49.98 Ω	1.45 Ω	$\pm 9.996 \Omega$	15% pass	0.68 Ω
3.957 $^\circ$	5 MHz	1.82 $^\circ$	-2.1 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	19% pass	1.2 $^\circ$
49.165 Ω	7 MHz	49.99 Ω	0.82 Ω	$\pm 9.998 \Omega$	8% pass	0.69 Ω
3.913 $^\circ$	7 MHz	1.30 $^\circ$	-2.6 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	23% pass	1.2 $^\circ$
49.796 Ω	10 MHz	49.99 Ω	0.19 Ω	$\pm 9.998 \Omega$	2% pass	0.71 Ω
3.609 $^\circ$	10 MHz	0.91 $^\circ$	-2.7 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	24% pass	1.2 $^\circ$
49.860 Ω	15 MHz	50.00 Ω	0.14 Ω	$\pm 10 \Omega$	1% pass	0.74 Ω
5.408 $^\circ$	15 MHz	0.61 $^\circ$	-4.8 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	42% pass	1.2 $^\circ$
50.490 Ω	20 MHz	50.00 Ω	-0.49 Ω	$\pm 10 \Omega$	5% pass	0.77 Ω
1.464 $^\circ$	20 MHz	0.46 $^\circ$	-1.0 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	9% pass	1.2 $^\circ$
47.382 Ω	30 MHz	50.00 Ω	2.62 Ω	$\pm 10 \Omega$	26% pass	0.83 Ω
-0.216 $^\circ$	30 MHz	0.30 $^\circ$	0.5 $^\circ$	$\pm 11.5^\circ$	4% pass	1.2 $^\circ$




P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\15772983_impedance_mag_2024.05.13_1513_27.png

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
-------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------	--	---	---



P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\15772983_impedance_phase_2024.05.13_1513_28.png

Path L1/R

4.516Ω	9 kHz	5.22Ω	0.70Ω	±1.044Ω	67% pass	0.65 Ω
16.216°	9 kHz	26.55°	10.3°	±11.5°	90% pass	1.2 °
6.158Ω	15 kHz	6.22Ω	0.06Ω	±1.244Ω	5% pass	0.65 Ω
36.961°	15 kHz	38.41°	1.4°	±11.5°	13% pass	1.2 °
7.141Ω	20 kHz	7.25Ω	0.11Ω	±1.45Ω	8% pass	0.65 Ω
44.292°	20 kHz	44.97°	0.7°	±11.5°	6% pass	1.2 °
8.317Ω	25 kHz	8.38Ω	0.06Ω	±1.676Ω	4% pass	0.65 Ω
49.200°	25 kHz	49.39°	0.2°	±11.5°	2% pass	1.2 °
9.561Ω	30 kHz	9.56Ω	0.00Ω	±1.912Ω	0% pass	0.65 Ω
52.229°	30 kHz	52.33°	0.1°	±11.5°	1% pass	1.2 °
12.087Ω	40 kHz	11.99Ω	-0.10Ω	±2.398Ω	4% pass	0.65 Ω
55.086°	40 kHz	55.43°	0.3°	±11.5°	3% pass	1.2 °
14.562Ω	50 kHz	14.41Ω	-0.15Ω	±2.882Ω	5% pass	0.65 Ω
55.702°	50 kHz	56.40°	0.7°	±11.5°	6% pass	1.2 °
16.935Ω	60 kHz	16.77Ω	-0.16Ω	±3.354Ω	5% pass	0.65 Ω
55.209°	60 kHz	56.23°	1.0°	±11.5°	9% pass	1.2 °
19.181Ω	70 kHz	19.04Ω	-0.14Ω	±3.808Ω	4% pass	0.65 Ω
54.121°	70 kHz	55.40°	1.3°	±11.5°	11% pass	1.2 °
21.283Ω	80 kHz	21.19Ω	-0.09Ω	±4.238Ω	2% pass	0.65 Ω
52.709°	80 kHz	54.19°	1.5°	±11.5°	13% pass	1.2 °

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate


MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
23.243 Ω 51.134 °	90 kHz 90 kHz	23.22 Ω 52.77 °	-0.02 Ω 1.6 °	$\pm 4.644 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	0% pass 14% pass	0.65 Ω 1.2 °
25.056 Ω 49.481 °	100 kHz 100 kHz	25.11 Ω 51.22 °	0.05 Ω 1.7 °	$\pm 5.022 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	1% pass 15% pass	0.65 Ω 1.2 °
32.151 Ω 41.449 °	150 kHz 150 kHz	34.29 Ω 46.70 °	2.14 Ω 5.3 °	$\pm 6.858 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	31% pass 46% pass	0.65 Ω 1.2 °
34.221 Ω 38.627 °	170 kHz 170 kHz	36.50 Ω 43.11 °	2.28 Ω 4.5 °	$\pm 7.3 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	31% pass 39% pass	0.65 Ω 1.2 °
36.706 Ω 34.891 °	200 kHz 200 kHz	39.12 Ω 38.51 °	2.41 Ω 3.6 °	$\pm 7.824 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	31% pass 32% pass	0.65 Ω 1.2 °
39.651 Ω 29.836 °	250 kHz 250 kHz	42.18 Ω 32.48 °	2.53 Ω 2.6 °	$\pm 8.436 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	30% pass 23% pass	0.65 Ω 1.2 °
41.612 Ω 25.933 °	300 kHz 300 kHz	44.17 Ω 27.95 °	2.56 Ω 2.0 °	$\pm 8.834 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	29% pass 18% pass	0.65 Ω 1.2 °
42.964 Ω 22.877 °	350 kHz 350 kHz	45.52 Ω 24.45 °	2.56 Ω 1.6 °	$\pm 9.104 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	28% pass 14% pass	0.65 Ω 1.2 °
43.924 Ω 20.440 °	400 kHz 400 kHz	46.46 Ω 21.70 °	2.54 Ω 1.3 °	$\pm 9.292 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	27% pass 11% pass	0.65 Ω 1.2 °
45.164 Ω 16.832 °	500 kHz 500 kHz	47.65 Ω 17.66 °	2.49 Ω 0.8 °	$\pm 9.53 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	26% pass 7% pass	0.65 Ω 1.2 °
45.899 Ω 14.308 °	600 kHz 600 kHz	48.33 Ω 14.86 °	2.43 Ω 0.6 °	$\pm 9.666 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	25% pass 5% pass	0.65 Ω 1.2 °
46.377 Ω 12.459 °	700 kHz 700 kHz	48.76 Ω 12.81 °	2.38 Ω 0.4 °	$\pm 9.752 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	24% pass 3% pass	0.65 Ω 1.2 °
46.697 Ω 11.047 °	800 kHz 800 kHz	49.04 Ω 11.25 °	2.34 Ω 0.2 °	$\pm 9.808 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	24% pass 2% pass	0.66 Ω 1.2 °
46.938 Ω 9.947 °	900 kHz 900 kHz	49.24 Ω 10.03 °	2.30 Ω 0.1 °	$\pm 9.848 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	23% pass 1% pass	0.66 Ω 1.2 °
47.118 Ω 9.053 °	1 MHz 1 MHz	49.38 Ω 9.04 °	2.26 Ω 0.0 °	$\pm 9.876 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	23% pass 0% pass	0.66 Ω 1.2 °
47.367 Ω 7.700 °	1.2 MHz 1.2 MHz	49.57 Ω 7.56 °	2.20 Ω -0.1 °	$\pm 9.914 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	22% pass 1% pass	0.66 Ω 1.2 °
47.602 Ω 6.324 °	1.5 MHz 1.5 MHz	49.72 Ω 6.06 °	2.12 Ω -0.3 °	$\pm 9.944 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	21% pass 2% pass	0.66 Ω 1.2 °

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
47.740 Ω 4.889°	2 MHz 2 MHz	49.84 Ω 4.55°	2.10 Ω -0.3°	$\pm 9.968 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	21% pass 3% pass	0.66 Ω 1.2°
47.673 Ω 4.184°	2.5 MHz 2.5 MHz	49.90 Ω 3.64°	2.23 Ω -0.5°	$\pm 9.98 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	22% pass 5% pass	0.67 Ω 1.2°
47.713 Ω 3.898°	3 MHz 3 MHz	49.93 Ω 3.04°	2.22 Ω -0.9°	$\pm 9.986 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	22% pass 7% pass	0.67 Ω 1.2°
47.935 Ω 3.621°	4 MHz 4 MHz	49.96 Ω 2.28°	2.03 Ω -1.3°	$\pm 9.992 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	20% pass 12% pass	0.67 Ω 1.2°
48.202 Ω 3.493°	5 MHz 5 MHz	49.98 Ω 1.82°	1.78 Ω -1.7°	$\pm 9.996 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	18% pass 15% pass	0.68 Ω 1.2°
48.737 Ω 3.280°	7 MHz 7 MHz	49.99 Ω 1.30°	1.25 Ω -2.0°	$\pm 9.998 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	13% pass 17% pass	0.69 Ω 1.2°
49.283 Ω 2.740°	10 MHz 10 MHz	49.99 Ω 0.91°	0.71 Ω -1.8°	$\pm 9.998 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	7% pass 16% pass	0.71 Ω 1.2°
49.467 Ω 4.999°	15 MHz 15 MHz	50.00 Ω 0.61°	0.53 Ω -4.4°	$\pm 10 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	5% pass 38% pass	0.74 Ω 1.2°
49.747 Ω 0.619°	20 MHz 20 MHz	50.00 Ω 0.46°	0.25 Ω -0.2°	$\pm 10 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	3% pass 1% pass	0.77 Ω 1.2°
46.352 Ω -0.743°	30 MHz 30 MHz	50.00 Ω 0.30°	3.65 Ω 1.0°	$\pm 10 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	37% pass 9% pass	0.83 Ω 1.2°




P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\15772983_impedance_mag_2024.05.13_1515_31.png

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
-------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------	--	---	---



P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\15772983_impedance_phase_2024.05.13_1515_32.png

Path L2/S

4.541Ω	9 kHz	5.22Ω	0.68Ω	±1.044Ω	65% pass	0.65 Ω
16.660°	9 kHz	26.55°	9.9°	±11.5°	86% pass	1.2 °
6.237Ω	15 kHz	6.22Ω	-0.02Ω	±1.244Ω	1% pass	0.65 Ω
36.818°	15 kHz	38.41°	1.6°	±11.5°	14% pass	1.2 °
7.226Ω	20 kHz	7.25Ω	0.02Ω	±1.45Ω	2% pass	0.65 Ω
44.141°	20 kHz	44.97°	0.8°	±11.5°	7% pass	1.2 °
8.412Ω	25 kHz	8.38Ω	-0.03Ω	±1.676Ω	2% pass	0.65 Ω
49.018°	25 kHz	49.39°	0.4°	±11.5°	3% pass	1.2 °
9.666Ω	30 kHz	9.56Ω	-0.11Ω	±1.912Ω	6% pass	0.65 Ω
52.029°	30 kHz	52.33°	0.3°	±11.5°	3% pass	1.2 °
12.209Ω	40 kHz	11.99Ω	-0.22Ω	±2.398Ω	9% pass	0.65 Ω
54.859°	40 kHz	55.43°	0.6°	±11.5°	5% pass	1.2 °
14.698Ω	50 kHz	14.41Ω	-0.29Ω	±2.882Ω	10% pass	0.65 Ω
55.465°	50 kHz	56.40°	0.9°	±11.5°	8% pass	1.2 °
17.083Ω	60 kHz	16.77Ω	-0.31Ω	±3.354Ω	9% pass	0.65 Ω
54.959°	60 kHz	56.23°	1.3°	±11.5°	11% pass	1.2 °
19.340Ω	70 kHz	19.04Ω	-0.30Ω	±3.808Ω	8% pass	0.65 Ω
53.865°	70 kHz	55.40°	1.5°	±11.5°	13% pass	1.2 °
21.451Ω	80 kHz	21.19Ω	-0.26Ω	±4.238Ω	6% pass	0.65 Ω
52.449°	80 kHz	54.19°	1.7°	±11.5°	15% pass	1.2 °

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate


MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
23.417 Ω 50.866 °	90 kHz 90 kHz	23.22 Ω 52.77 °	-0.20 Ω 1.9 °	$\pm 4.644 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	4 % pass 17 % pass	0.65 Ω 1.2 °
25.234 Ω 49.208 °	100 kHz 100 kHz	25.11 Ω 51.22 °	-0.12 Ω 2.0 °	$\pm 5.022 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	2 % pass 18 % pass	0.65 Ω 1.2 °
32.327 Ω 41.151 °	150 kHz 150 kHz	34.29 Ω 46.70 °	1.96 Ω 5.5 °	$\pm 6.858 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	29 % pass 48 % pass	0.65 Ω 1.2 °
34.383 Ω 38.326 °	170 kHz 170 kHz	36.50 Ω 43.11 °	2.12 Ω 4.8 °	$\pm 7.3 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	29 % pass 42 % pass	0.65 Ω 1.2 °
36.846 Ω 34.599 °	200 kHz 200 kHz	39.12 Ω 38.51 °	2.27 Ω 3.9 °	$\pm 7.824 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	29 % pass 34 % pass	0.65 Ω 1.2 °
39.755 Ω 29.576 °	250 kHz 250 kHz	42.18 Ω 32.48 °	2.42 Ω 2.9 °	$\pm 8.436 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	29 % pass 25 % pass	0.65 Ω 1.2 °
41.696 Ω 25.713 °	300 kHz 300 kHz	44.17 Ω 27.95 °	2.47 Ω 2.2 °	$\pm 8.834 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	28 % pass 19 % pass	0.65 Ω 1.2 °
43.035 Ω 22.686 °	350 kHz 350 kHz	45.52 Ω 24.45 °	2.48 Ω 1.8 °	$\pm 9.104 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	27 % pass 15 % pass	0.65 Ω 1.2 °
43.986 Ω 20.271 °	400 kHz 400 kHz	46.46 Ω 21.70 °	2.47 Ω 1.4 °	$\pm 9.292 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	27 % pass 12 % pass	0.65 Ω 1.2 °
45.215 Ω 16.698 °	500 kHz 500 kHz	47.65 Ω 17.66 °	2.44 Ω 1.0 °	$\pm 9.53 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	26 % pass 8 % pass	0.65 Ω 1.2 °
45.944 Ω 14.197 °	600 kHz 600 kHz	48.33 Ω 14.86 °	2.39 Ω 0.7 °	$\pm 9.666 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	25 % pass 6 % pass	0.65 Ω 1.2 °
46.415 Ω 12.366 °	700 kHz 700 kHz	48.76 Ω 12.81 °	2.34 Ω 0.4 °	$\pm 9.752 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	24 % pass 4 % pass	0.65 Ω 1.2 °
46.733 Ω 10.968 °	800 kHz 800 kHz	49.04 Ω 11.25 °	2.31 Ω 0.3 °	$\pm 9.808 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	24 % pass 2 % pass	0.66 Ω 1.2 °
46.971 Ω 9.879 °	900 kHz 900 kHz	49.24 Ω 10.03 °	2.27 Ω 0.2 °	$\pm 9.848 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	23 % pass 1 % pass	0.66 Ω 1.2 °
47.146 Ω 8.994 °	1 MHz 1 MHz	49.38 Ω 9.04 °	2.23 Ω 0.0 °	$\pm 9.876 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	23 % pass 0 % pass	0.66 Ω 1.2 °
47.393 Ω 7.650 °	1.2 MHz 1.2 MHz	49.57 Ω 7.56 °	2.18 Ω -0.1 °	$\pm 9.914 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	22 % pass 1 % pass	0.66 Ω 1.2 °
47.623 Ω 6.287 °	1.5 MHz 1.5 MHz	49.72 Ω 6.06 °	2.10 Ω -0.2 °	$\pm 9.944 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	21 % pass 2 % pass	0.66 Ω 1.2 °

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
47.741Ω	2 MHz	49.84Ω	2.10Ω	±9.968Ω	21% pass	0.66 Ω
4.865°	2 MHz	4.55°	-0.3°	±11.5°	3% pass	1.2 °
47.651Ω	2.5 MHz	49.90Ω	2.25Ω	±9.98Ω	23% pass	0.67 Ω
4.164°	2.5 MHz	3.64°	-0.5°	±11.5°	5% pass	1.2 °
47.656Ω	3 MHz	49.93Ω	2.27Ω	±9.986Ω	23% pass	0.67 Ω
3.903°	3 MHz	3.04°	-0.9°	±11.5°	8% pass	1.2 °
47.819Ω	4 MHz	49.96Ω	2.14Ω	±9.992Ω	21% pass	0.67 Ω
3.651°	4 MHz	2.28°	-1.4°	±11.5°	12% pass	1.2 °
47.970Ω	5 MHz	49.98Ω	2.01Ω	±9.996Ω	20% pass	0.68 Ω
3.576°	5 MHz	1.82°	-1.8°	±11.5°	15% pass	1.2 °
48.373Ω	7 MHz	49.99Ω	1.62Ω	±9.998Ω	16% pass	0.69 Ω
3.515°	7 MHz	1.30°	-2.2°	±11.5°	19% pass	1.2 °
48.532Ω	10 MHz	49.99Ω	1.46Ω	±9.998Ω	15% pass	0.71 Ω
3.260°	10 MHz	0.91°	-2.3°	±11.5°	20% pass	1.2 °
47.663Ω	15 MHz	50.00Ω	2.34Ω	±10Ω	23% pass	0.74 Ω
6.135°	15 MHz	0.61°	-5.5°	±11.5°	48% pass	1.2 °
47.513Ω	20 MHz	50.00Ω	2.49Ω	±10Ω	25% pass	0.77 Ω
3.448°	20 MHz	0.46°	-3.0°	±11.5°	26% pass	1.2 °
43.849Ω	30 MHz	50.00Ω	6.15Ω	±10Ω	62% pass	0.83 Ω
7.342°	30 MHz	0.30°	-7.0°	±11.5°	61% pass	1.2 °




P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\15772983_impedance_mag_2024.05.13_1517_08.png

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
-------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------	--	---	---



P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\15772983_impedance_phase_2024.05.13_1517_09.png

Path L3/T

4.474 Ω	9 kHz	5.22 Ω	0.75 Ω	±1.044 Ω	71% pass	0.65 Ω
15.494 °	9 kHz	26.55 °	11.1 °	±11.5 °	96% pass	1.2 °
6.191 Ω	15 kHz	6.22 Ω	0.03 Ω	±1.244 Ω	2% pass	0.65 Ω
37.292 °	15 kHz	38.41 °	1.1 °	±11.5 °	10% pass	1.2 °
7.169 Ω	20 kHz	7.25 Ω	0.08 Ω	±1.45 Ω	6% pass	0.65 Ω
44.367 °	20 kHz	44.97 °	0.6 °	±11.5 °	5% pass	1.2 °
8.350 Ω	25 kHz	8.38 Ω	0.03 Ω	±1.676 Ω	2% pass	0.65 Ω
49.249 °	25 kHz	49.39 °	0.1 °	±11.5 °	1% pass	1.2 °
9.600 Ω	30 kHz	9.56 Ω	-0.04 Ω	±1.912 Ω	2% pass	0.65 Ω
52.264 °	30 kHz	52.33 °	0.1 °	±11.5 °	1% pass	1.2 °
12.140 Ω	40 kHz	11.99 Ω	-0.15 Ω	±2.398 Ω	6% pass	0.65 Ω
55.100 °	40 kHz	55.43 °	0.3 °	±11.5 °	3% pass	1.2 °
14.629 Ω	50 kHz	14.41 Ω	-0.22 Ω	±2.882 Ω	8% pass	0.65 Ω
55.695 °	50 kHz	56.40 °	0.7 °	±11.5 °	6% pass	1.2 °
17.012 Ω	60 kHz	16.77 Ω	-0.24 Ω	±3.354 Ω	7% pass	0.65 Ω
55.188 °	60 kHz	56.23 °	1.0 °	±11.5 °	9% pass	1.2 °
19.268 Ω	70 kHz	19.04 Ω	-0.23 Ω	±3.808 Ω	6% pass	0.65 Ω
54.085 °	70 kHz	55.40 °	1.3 °	±11.5 °	11% pass	1.2 °
21.380 Ω	80 kHz	21.19 Ω	-0.19 Ω	±4.238 Ω	4% pass	0.65 Ω
52.661 °	80 kHz	54.19 °	1.5 °	±11.5 °	13% pass	1.2 °



Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate


MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
23.345 Ω 51.072 °	90 kHz 90 kHz	23.22 Ω 52.77 °	-0.13 Ω 1.7 °	$\pm 4.644 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	3% pass 15% pass	0.65 Ω 1.2 °
25.165 Ω 49.410 °	100 kHz 100 kHz	25.11 Ω 51.22 °	-0.05 Ω 1.8 °	$\pm 5.022 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	1% pass 16% pass	0.65 Ω 1.2 °
32.270 Ω 41.340 °	150 kHz 150 kHz	34.29 Ω 46.70 °	2.02 Ω 5.4 °	$\pm 6.858 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	30% pass 47% pass	0.65 Ω 1.2 °
34.335 Ω 38.513 °	170 kHz 170 kHz	36.50 Ω 43.11 °	2.16 Ω 4.6 °	$\pm 7.3 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	30% pass 40% pass	0.65 Ω 1.2 °
36.812 Ω 34.775 °	200 kHz 200 kHz	39.12 Ω 38.51 °	2.31 Ω 3.7 °	$\pm 7.824 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	30% pass 33% pass	0.65 Ω 1.2 °
39.741 Ω 29.724 °	250 kHz 250 kHz	42.18 Ω 32.48 °	2.44 Ω 2.8 °	$\pm 8.436 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	29% pass 24% pass	0.65 Ω 1.2 °
41.689 Ω 25.833 °	300 kHz 300 kHz	44.17 Ω 27.95 °	2.48 Ω 2.1 °	$\pm 8.834 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	28% pass 18% pass	0.65 Ω 1.2 °
43.031 Ω 22.792 °	350 kHz 350 kHz	45.52 Ω 24.45 °	2.49 Ω 1.7 °	$\pm 9.104 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	27% pass 14% pass	0.65 Ω 1.2 °
43.980 Ω 20.367 °	400 kHz 400 kHz	46.46 Ω 21.70 °	2.48 Ω 1.3 °	$\pm 9.292 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	27% pass 12% pass	0.65 Ω 1.2 °
45.211 Ω 16.782 °	500 kHz 500 kHz	47.65 Ω 17.66 °	2.44 Ω 0.9 °	$\pm 9.53 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	26% pass 8% pass	0.65 Ω 1.2 °
45.939 Ω 14.279 °	600 kHz 600 kHz	48.33 Ω 14.86 °	2.39 Ω 0.6 °	$\pm 9.666 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	25% pass 5% pass	0.65 Ω 1.2 °
46.410 Ω 12.445 °	700 kHz 700 kHz	48.76 Ω 12.81 °	2.35 Ω 0.4 °	$\pm 9.752 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	24% pass 3% pass	0.65 Ω 1.2 °
46.727 Ω 11.051 °	800 kHz 800 kHz	49.04 Ω 11.25 °	2.31 Ω 0.2 °	$\pm 9.808 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	24% pass 2% pass	0.66 Ω 1.2 °
46.963 Ω 9.966 °	900 kHz 900 kHz	49.24 Ω 10.03 °	2.28 Ω 0.1 °	$\pm 9.848 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	23% pass 1% pass	0.66 Ω 1.2 °
47.141 Ω 9.083 °	1 MHz 1 MHz	49.38 Ω 9.04 °	2.24 Ω 0.0 °	$\pm 9.876 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	23% pass 0% pass	0.66 Ω 1.2 °
47.391 Ω 7.753 °	1.2 MHz 1.2 MHz	49.57 Ω 7.56 °	2.18 Ω -0.2 °	$\pm 9.914 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	22% pass 2% pass	0.66 Ω 1.2 °
47.618 Ω 6.404 °	1.5 MHz 1.5 MHz	49.72 Ω 6.06 °	2.10 Ω -0.3 °	$\pm 9.944 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	21% pass 3% pass	0.66 Ω 1.2 °

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
47.741Ω 5.004°	2 MHz 2 MHz	49.84Ω 4.55°	2.10Ω -0.5°	±9.968Ω ±11.5°	21% pass 4% pass	0.66 Ω 1.2 °
47.643Ω 4.343°	2.5 MHz 2.5 MHz	49.90Ω 3.64°	2.26Ω -0.7°	±9.98Ω ±11.5°	23% pass 6% pass	0.67 Ω 1.2 °
47.655Ω 4.121°	3 MHz 3 MHz	49.93Ω 3.04°	2.28Ω -1.1°	±9.986Ω ±11.5°	23% pass 9% pass	0.67 Ω 1.2 °
47.846Ω 3.941°	4 MHz 4 MHz	49.96Ω 2.28°	2.11Ω -1.7°	±9.992Ω ±11.5°	21% pass 14% pass	0.67 Ω 1.2 °
48.033Ω 3.926°	5 MHz 5 MHz	49.98Ω 1.82°	1.95Ω -2.1°	±9.996Ω ±11.5°	20% pass 18% pass	0.68 Ω 1.2 °
48.498Ω 3.970°	7 MHz 7 MHz	49.99Ω 1.30°	1.49Ω -2.7°	±9.998Ω ±11.5°	15% pass 23% pass	0.69 Ω 1.2 °
48.759Ω 3.820°	10 MHz 10 MHz	49.99Ω 0.91°	1.23Ω -2.9°	±9.998Ω ±11.5°	12% pass 25% pass	0.71 Ω 1.2 °
47.832Ω 8.030°	15 MHz 15 MHz	50.00Ω 0.61°	2.17Ω -7.4°	±10Ω ±11.5°	22% pass 65% pass	0.74 Ω 1.2 °
48.342Ω 4.478°	20 MHz 20 MHz	50.00Ω 0.46°	1.66Ω -4.0°	±10Ω ±11.5°	17% pass 35% pass	0.77 Ω 1.2 °
45.177Ω 8.177°	30 MHz 30 MHz	50.00Ω 0.30°	4.82Ω -7.9°	±10Ω ±11.5°	48% pass 69% pass	0.83 Ω 1.2 °




P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\15772983_impedance_mag_2024.05.13_1518_47.png

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
-------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------	--	---	---



P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\15772983_impedance_phase_2024.05.13_1518_48.png

SCHUKO N0/N

4.554 Ω	9 kHz	5.22 Ω	0.67 Ω	±1.044 Ω	64% pass	0.65 Ω
17.130°	9 kHz	26.55°	9.4°	±11.5°	82% pass	1.2 °
6.236 Ω	15 kHz	6.22 Ω	-0.02 Ω	±1.244 Ω	1% pass	0.65 Ω
37.348°	15 kHz	38.41°	1.1°	±11.5°	9% pass	1.2 °
7.249 Ω	20 kHz	7.25 Ω	0.00 Ω	±1.45 Ω	0% pass	0.65 Ω
44.641°	20 kHz	44.97°	0.3°	±11.5°	3% pass	1.2 °
8.457 Ω	25 kHz	8.38 Ω	-0.08 Ω	±1.676 Ω	5% pass	0.65 Ω
49.469°	25 kHz	49.39°	-0.1°	±11.5°	1% pass	1.2 °
9.729 Ω	30 kHz	9.56 Ω	-0.17 Ω	±1.912 Ω	9% pass	0.65 Ω
52.415°	30 kHz	52.33°	-0.1°	±11.5°	1% pass	1.2 °
12.310 Ω	40 kHz	11.99 Ω	-0.32 Ω	±2.398 Ω	13% pass	0.65 Ω
55.134°	40 kHz	55.43°	0.3°	±11.5°	3% pass	1.2 °
14.830 Ω	50 kHz	14.41 Ω	-0.42 Ω	±2.882 Ω	15% pass	0.65 Ω
55.641°	50 kHz	56.40°	0.8°	±11.5°	7% pass	1.2 °
17.242 Ω	60 kHz	16.77 Ω	-0.47 Ω	±3.354 Ω	14% pass	0.65 Ω
55.057°	60 kHz	56.23°	1.2°	±11.5°	10% pass	1.2 °
19.517 Ω	70 kHz	19.04 Ω	-0.48 Ω	±3.808 Ω	13% pass	0.65 Ω
53.893°	70 kHz	55.40°	1.5°	±11.5°	13% pass	1.2 °
21.644 Ω	80 kHz	21.19 Ω	-0.45 Ω	±4.238 Ω	11% pass	0.65 Ω
52.420°	80 kHz	54.19°	1.8°	±11.5°	15% pass	1.2 °

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate


MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
23.619 Ω 50.795 °	90 kHz 90 kHz	23.22 Ω 52.77 °	-0.40 Ω 2.0 °	$\pm 4.644 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	9% pass 17% pass	0.65 Ω 1.2 °
25.443 Ω 49.100 °	100 kHz 100 kHz	25.11 Ω 51.22 °	-0.33 Ω 2.1 °	$\pm 5.022 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	7% pass 18% pass	0.65 Ω 1.2 °
32.530 Ω 40.964 °	150 kHz 150 kHz	34.29 Ω 46.70 °	1.76 Ω 5.7 °	$\pm 6.858 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	26% pass 50% pass	0.65 Ω 1.2 °
34.580 Ω 38.133 °	170 kHz 170 kHz	36.50 Ω 43.11 °	1.92 Ω 5.0 °	$\pm 7.3 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	26% pass 43% pass	0.65 Ω 1.2 °
37.032 Ω 34.396 °	200 kHz 200 kHz	39.12 Ω 38.51 °	2.09 Ω 4.1 °	$\pm 7.824 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	27% pass 36% pass	0.65 Ω 1.2 °
39.922 Ω 29.367 °	250 kHz 250 kHz	42.18 Ω 32.48 °	2.26 Ω 3.1 °	$\pm 8.436 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	27% pass 27% pass	0.65 Ω 1.2 °
41.835 Ω 25.503 °	300 kHz 300 kHz	44.17 Ω 27.95 °	2.34 Ω 2.4 °	$\pm 8.834 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	26% pass 21% pass	0.65 Ω 1.2 °
43.148 Ω 22.489 °	350 kHz 350 kHz	45.52 Ω 24.45 °	2.37 Ω 2.0 °	$\pm 9.104 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	26% pass 17% pass	0.65 Ω 1.2 °
44.080 Ω 20.090 °	400 kHz 400 kHz	46.46 Ω 21.70 °	2.38 Ω 1.6 °	$\pm 9.292 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	26% pass 14% pass	0.65 Ω 1.2 °
45.281 Ω 16.547 °	500 kHz 500 kHz	47.65 Ω 17.66 °	2.37 Ω 1.1 °	$\pm 9.53 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	25% pass 10% pass	0.65 Ω 1.2 °
45.994 Ω 14.079 °	600 kHz 600 kHz	48.33 Ω 14.86 °	2.34 Ω 0.8 °	$\pm 9.666 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	24% pass 7% pass	0.65 Ω 1.2 °
46.455 Ω 12.272 °	700 kHz 700 kHz	48.76 Ω 12.81 °	2.30 Ω 0.5 °	$\pm 9.752 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	24% pass 5% pass	0.65 Ω 1.2 °
46.767 Ω 10.895 °	800 kHz 800 kHz	49.04 Ω 11.25 °	2.27 Ω 0.4 °	$\pm 9.808 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	23% pass 3% pass	0.66 Ω 1.2 °
47.000 Ω 9.825 °	900 kHz 900 kHz	49.24 Ω 10.03 °	2.24 Ω 0.2 °	$\pm 9.848 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	23% pass 2% pass	0.66 Ω 1.2 °
47.174 Ω 8.959 °	1 MHz 1 MHz	49.38 Ω 9.04 °	2.21 Ω 0.1 °	$\pm 9.876 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	22% pass 1% pass	0.66 Ω 1.2 °
47.424 Ω 7.648 °	1.2 MHz 1.2 MHz	49.57 Ω 7.56 °	2.15 Ω -0.1 °	$\pm 9.914 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	22% pass 1% pass	0.66 Ω 1.2 °
47.660 Ω 6.325 °	1.5 MHz 1.5 MHz	49.72 Ω 6.06 °	2.06 Ω -0.3 °	$\pm 9.944 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	21% pass 2% pass	0.66 Ω 1.2 °

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
47.809 Ω 4.956°	2 MHz 2 MHz	49.84 Ω 4.55°	2.03 Ω -0.4°	$\pm 9.968 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	20% pass 4% pass	0.66 Ω 1.2°
47.764 Ω 4.305°	2.5 MHz 2.5 MHz	49.90 Ω 3.64°	2.14 Ω -0.7°	$\pm 9.98 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	21% pass 6% pass	0.67 Ω 1.2°
47.831 Ω 4.060°	3 MHz 3 MHz	49.93 Ω 3.04°	2.10 Ω -1.0°	$\pm 9.986 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	21% pass 9% pass	0.67 Ω 1.2°
48.103 Ω 3.848°	4 MHz 4 MHz	49.96 Ω 2.28°	1.86 Ω -1.6°	$\pm 9.992 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	19% pass 14% pass	0.67 Ω 1.2°
48.428 Ω 3.790°	5 MHz 5 MHz	49.98 Ω 1.82°	1.55 Ω -2.0°	$\pm 9.996 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	16% pass 17% pass	0.68 Ω 1.2°
49.167 Ω 3.688°	7 MHz 7 MHz	49.99 Ω 1.30°	0.82 Ω -2.4°	$\pm 9.998 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	8% pass 21% pass	0.69 Ω 1.2°
50.117 Ω 3.267°	10 MHz 10 MHz	49.99 Ω 0.91°	-0.13 Ω -2.4°	$\pm 9.998 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	1% pass 21% pass	0.71 Ω 1.2°
51.361 Ω 4.893°	15 MHz 15 MHz	50.00 Ω 0.61°	-1.36 Ω -4.3°	$\pm 10 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	14% pass 37% pass	0.74 Ω 1.2°
52.506 Ω 0.589°	20 MHz 20 MHz	50.00 Ω 0.46°	-2.51 Ω -0.1°	$\pm 10 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	25% pass 1% pass	0.77 Ω 1.2°
52.018 Ω -2.447°	30 MHz 30 MHz	50.00 Ω 0.30°	-2.02 Ω 2.7°	$\pm 10 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	20% pass 24% pass	0.83 Ω 1.2°




P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\15772983_impedance_mag_2024.05.13_1520_48.png

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
-------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------	--	---	---



P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\15772983_impedance_phase_2024.05.13_1520_49.png

SCHUKO L1/R

4.493Ω	9 kHz	5.22Ω	0.73Ω	±1.044Ω	70% pass	0.65 Ω
16.085°	9 kHz	26.55°	10.5°	±11.5°	91% pass	1.2 °
6.124Ω	15 kHz	6.22Ω	0.10Ω	±1.244Ω	8% pass	0.65 Ω
36.908°	15 kHz	38.41°	1.5°	±11.5°	13% pass	1.2 °
7.100Ω	20 kHz	7.25Ω	0.15Ω	±1.45Ω	10% pass	0.65 Ω
44.266°	20 kHz	44.97°	0.7°	±11.5°	6% pass	1.2 °
8.270Ω	25 kHz	8.38Ω	0.11Ω	±1.676Ω	7% pass	0.65 Ω
49.186°	25 kHz	49.39°	0.2°	±11.5°	2% pass	1.2 °
9.507Ω	30 kHz	9.56Ω	0.05Ω	±1.912Ω	3% pass	0.65 Ω
52.222°	30 kHz	52.33°	0.1°	±11.5°	1% pass	1.2 °
12.020Ω	40 kHz	11.99Ω	-0.03Ω	±2.398Ω	1% pass	0.65 Ω
55.087°	40 kHz	55.43°	0.3°	±11.5°	3% pass	1.2 °
14.482Ω	50 kHz	14.41Ω	-0.07Ω	±2.882Ω	3% pass	0.65 Ω
55.707°	50 kHz	56.40°	0.7°	±11.5°	6% pass	1.2 °
16.843Ω	60 kHz	16.77Ω	-0.07Ω	±3.354Ω	2% pass	0.65 Ω
55.218°	60 kHz	56.23°	1.0°	±11.5°	9% pass	1.2 °
19.077Ω	70 kHz	19.04Ω	-0.04Ω	±3.808Ω	1% pass	0.65 Ω
54.130°	70 kHz	55.40°	1.3°	±11.5°	11% pass	1.2 °
21.170Ω	80 kHz	21.19Ω	0.02Ω	±4.238Ω	0% pass	0.65 Ω
52.719°	80 kHz	54.19°	1.5°	±11.5°	13% pass	1.2 °

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate


MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
23.120 Ω 51.146 °	90 kHz 90 kHz	23.22 Ω 52.77 °	0.10 Ω 1.6 °	$\pm 4.644 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	2% pass 14% pass	0.65 Ω 1.2 °
24.924 Ω 49.492 °	100 kHz 100 kHz	25.11 Ω 51.22 °	0.19 Ω 1.7 °	$\pm 5.022 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	4% pass 15% pass	0.65 Ω 1.2 °
31.984 Ω 41.462 °	150 kHz 150 kHz	34.29 Ω 46.70 °	2.31 Ω 5.2 °	$\pm 6.858 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	34% pass 46% pass	0.65 Ω 1.2 °
34.044 Ω 38.641 °	170 kHz 170 kHz	36.50 Ω 43.11 °	2.46 Ω 4.5 °	$\pm 7.3 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	34% pass 39% pass	0.65 Ω 1.2 °
36.517 Ω 34.906 °	200 kHz 200 kHz	39.12 Ω 38.51 °	2.60 Ω 3.6 °	$\pm 7.824 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	33% pass 31% pass	0.65 Ω 1.2 °
39.449 Ω 29.850 °	250 kHz 250 kHz	42.18 Ω 32.48 °	2.73 Ω 2.6 °	$\pm 8.436 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	32% pass 23% pass	0.65 Ω 1.2 °
41.401 Ω 25.946 °	300 kHz 300 kHz	44.17 Ω 27.95 °	2.77 Ω 2.0 °	$\pm 8.834 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	31% pass 17% pass	0.65 Ω 1.2 °
42.746 Ω 22.890 °	350 kHz 350 kHz	45.52 Ω 24.45 °	2.77 Ω 1.6 °	$\pm 9.104 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	31% pass 14% pass	0.65 Ω 1.2 °
43.702 Ω 20.453 °	400 kHz 400 kHz	46.46 Ω 21.70 °	2.76 Ω 1.2 °	$\pm 9.292 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	30% pass 11% pass	0.65 Ω 1.2 °
44.940 Ω 16.845 °	500 kHz 500 kHz	47.65 Ω 17.66 °	2.71 Ω 0.8 °	$\pm 9.53 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	28% pass 7% pass	0.65 Ω 1.2 °
45.675 Ω 14.320 °	600 kHz 600 kHz	48.33 Ω 14.86 °	2.66 Ω 0.5 °	$\pm 9.666 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	28% pass 5% pass	0.65 Ω 1.2 °
46.151 Ω 12.471 °	700 kHz 700 kHz	48.76 Ω 12.81 °	2.61 Ω 0.3 °	$\pm 9.752 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	27% pass 3% pass	0.65 Ω 1.2 °
46.471 Ω 11.059 °	800 kHz 800 kHz	49.04 Ω 11.25 °	2.57 Ω 0.2 °	$\pm 9.808 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	26% pass 2% pass	0.66 Ω 1.2 °
46.713 Ω 9.955 °	900 kHz 900 kHz	49.24 Ω 10.03 °	2.53 Ω 0.1 °	$\pm 9.848 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	26% pass 1% pass	0.66 Ω 1.2 °
46.894 Ω 9.062 °	1 MHz 1 MHz	49.38 Ω 9.04 °	2.49 Ω 0.0 °	$\pm 9.876 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	25% pass 0% pass	0.66 Ω 1.2 °
47.149 Ω 7.706 °	1.2 MHz 1.2 MHz	49.57 Ω 7.56 °	2.42 Ω -0.1 °	$\pm 9.914 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	24% pass 1% pass	0.66 Ω 1.2 °
47.391 Ω 6.326 °	1.5 MHz 1.5 MHz	49.72 Ω 6.06 °	2.33 Ω -0.3 °	$\pm 9.944 \Omega$ $\pm 11.5^\circ$	23% pass 2% pass	0.66 Ω 1.2 °

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
47.541Ω	2 MHz	49.84Ω	2.30Ω	±9.968Ω	23% pass	0.66 Ω
4.884°	2 MHz	4.55°	-0.3°	±11.5°	3% pass	1.2 °
47.494Ω	2.5 MHz	49.90Ω	2.41Ω	±9.98Ω	24% pass	0.67 Ω
4.171°	2.5 MHz	3.64°	-0.5°	±11.5°	5% pass	1.2 °
47.553Ω	3 MHz	49.93Ω	2.38Ω	±9.986Ω	24% pass	0.67 Ω
3.875°	3 MHz	3.04°	-0.8°	±11.5°	7% pass	1.2 °
47.813Ω	4 MHz	49.96Ω	2.15Ω	±9.992Ω	22% pass	0.67 Ω
3.574°	4 MHz	2.28°	-1.3°	±11.5°	11% pass	1.2 °
48.133Ω	5 MHz	49.98Ω	1.85Ω	±9.996Ω	19% pass	0.68 Ω
3.422°	5 MHz	1.82°	-1.6°	±11.5°	14% pass	1.2 °
48.809Ω	7 MHz	49.99Ω	1.18Ω	±9.998Ω	12% pass	0.69 Ω
3.159°	7 MHz	1.30°	-1.9°	±11.5°	16% pass	1.2 °
49.698Ω	10 MHz	49.99Ω	0.29Ω	±9.998Ω	3% pass	0.71 Ω
2.531°	10 MHz	0.91°	-1.6°	±11.5°	14% pass	1.2 °
49.368Ω	15 MHz	50.00Ω	0.63Ω	±10Ω	6% pass	0.74 Ω
3.935°	15 MHz	0.61°	-3.3°	±11.5°	29% pass	1.2 °
51.581Ω	20 MHz	50.00Ω	-1.58Ω	±10Ω	16% pass	0.77 Ω
-0.253°	20 MHz	0.46°	0.7°	±11.5°	6% pass	1.2 °
50.788Ω	30 MHz	50.00Ω	-0.79Ω	±10Ω	8% pass	0.83 Ω
-3.461°	30 MHz	0.30°	3.8°	±11.5°	33% pass	1.2 °




P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\15772983_impedance_mag_2024.05.13_1522_40.png

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
-------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------	--	---	---



P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\15772983_impedance_phase_2024.05.13_1522_41.png

Attenuation / Voltage Division Ratio

Path: EUT to Receiver Output

RF Output / Receiver Port Connection: VNA Port 2

Mains Connection: 50 Ohm Termination

EuT Connection: VNA Port 1


Path N0/N

-0.913 dB	9 kHz	0.00 dB	0.91 dB	--- dB	---	0.22 dB
-1.087 dB	10 kHz	0.00 dB	1.09 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.761 dB	20 kHz	0.00 dB	0.76 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.467 dB	30 kHz	0.00 dB	0.47 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.326 dB	40 kHz	0.00 dB	0.33 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.250 dB	50 kHz	0.00 dB	0.25 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.205 dB	60 kHz	0.00 dB	0.20 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.174 dB	70 kHz	0.00 dB	0.17 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.147 dB	80 kHz	0.00 dB	0.15 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.127 dB	90 kHz	0.00 dB	0.13 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.115 dB	100 kHz	0.00 dB	0.12 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.076 dB	150 kHz	0.00 dB	0.08 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.062 dB	200 kHz	0.00 dB	0.06 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.050 dB	300 kHz	0.00 dB	0.05 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.048 dB	400 kHz	0.00 dB	0.05 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.050 dB	500 kHz	0.00 dB	0.05 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.049 dB	600 kHz	0.00 dB	0.05 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.056 dB	700 kHz	0.00 dB	0.06 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.054 dB	800 kHz	0.00 dB	0.05 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.057 dB	900 kHz	0.00 dB	0.06 dB	--- dB	---	0.22 dB

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
-0.056 dB	1 MHz	0.00 dB	0.06 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.078 dB	2 MHz	0.00 dB	0.08 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.107 dB	3 MHz	0.00 dB	0.11 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.131 dB	4 MHz	0.00 dB	0.13 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.167 dB	5 MHz	0.00 dB	0.17 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.186 dB	6 MHz	0.00 dB	0.19 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.218 dB	7 MHz	0.00 dB	0.22 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.246 dB	8 MHz	0.00 dB	0.25 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.272 dB	9 MHz	0.00 dB	0.27 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.286 dB	10 MHz	0.00 dB	0.29 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.416 dB	20 MHz	0.00 dB	0.42 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.365 dB	30 MHz	0.00 dB	0.36 dB	--- dB	---	0.22 dB



P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\15772983_VDF_2024.05.13_1527_25.png


Path L1/R

-0.889 dB	9 kHz	0.00 dB	0.89 dB	--- dB	---	0.22 dB
-1.062 dB	10 kHz	0.00 dB	1.06 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.729 dB	20 kHz	0.00 dB	0.73 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.436 dB	30 kHz	0.00 dB	0.44 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.313 dB	40 kHz	0.00 dB	0.31 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.249 dB	50 kHz	0.00 dB	0.25 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.213 dB	60 kHz	0.00 dB	0.21 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.193 dB	70 kHz	0.00 dB	0.19 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.180 dB	80 kHz	0.00 dB	0.18 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.170 dB	90 kHz	0.00 dB	0.17 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.164 dB	100 kHz	0.00 dB	0.16 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.145 dB	150 kHz	0.00 dB	0.15 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.139 dB	200 kHz	0.00 dB	0.14 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.139 dB	300 kHz	0.00 dB	0.14 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.135 dB	400 kHz	0.00 dB	0.14 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.136 dB	500 kHz	0.00 dB	0.14 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.137 dB	600 kHz	0.00 dB	0.14 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.141 dB	700 kHz	0.00 dB	0.14 dB	--- dB	---	0.22 dB

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
-0.141dB	800 kHz	0.00dB	0.14dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.144dB	900 kHz	0.00dB	0.14dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.145dB	1 MHz	0.00dB	0.14dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.163dB	2 MHz	0.00dB	0.16dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.187dB	3 MHz	0.00dB	0.19dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.210dB	4 MHz	0.00dB	0.21dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.240dB	5 MHz	0.00dB	0.24dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.256dB	6 MHz	0.00dB	0.26dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.283dB	7 MHz	0.00dB	0.28dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.301dB	8 MHz	0.00dB	0.30dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.326dB	9 MHz	0.00dB	0.33dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.335dB	10 MHz	0.00dB	0.33dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.415dB	20 MHz	0.00dB	0.41dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.290dB	30 MHz	0.00dB	0.29dB	--- dB	---	0.22 dB



P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\15772983_VDF_2024.05.13_1529_07.png


Path L2/S

-0.909dB	9 kHz	0.00dB	0.91dB	--- dB	---	0.22 dB
-1.085dB	10 kHz	0.00dB	1.08dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.738dB	20 kHz	0.00dB	0.74dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.442dB	30 kHz	0.00dB	0.44dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.310dB	40 kHz	0.00dB	0.31dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.245dB	50 kHz	0.00dB	0.25dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.209dB	60 kHz	0.00dB	0.21dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.187dB	70 kHz	0.00dB	0.19dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.171dB	80 kHz	0.00dB	0.17dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.161dB	90 kHz	0.00dB	0.16dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.152dB	100 kHz	0.00dB	0.15dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.134dB	150 kHz	0.00dB	0.13dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.133dB	200 kHz	0.00dB	0.13dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.131dB	300 kHz	0.00dB	0.13dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.132dB	400 kHz	0.00dB	0.13dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.135dB	500 kHz	0.00dB	0.14dB	--- dB	---	0.22 dB

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
-0.135dB	600 kHz	0.00dB	0.14dB	---dB	---	0.22 dB
-0.139dB	700 kHz	0.00dB	0.14dB	---dB	---	0.22 dB
-0.143dB	800 kHz	0.00dB	0.14dB	---dB	---	0.22 dB
-0.143dB	900 kHz	0.00dB	0.14dB	---dB	---	0.22 dB
-0.148dB	1 MHz	0.00dB	0.15dB	---dB	---	0.22 dB
-0.164dB	2 MHz	0.00dB	0.16dB	---dB	---	0.22 dB
-0.181dB	3 MHz	0.00dB	0.18dB	---dB	---	0.22 dB
-0.201dB	4 MHz	0.00dB	0.20dB	---dB	---	0.22 dB
-0.217dB	5 MHz	0.00dB	0.22dB	---dB	---	0.22 dB
-0.233dB	6 MHz	0.00dB	0.23dB	---dB	---	0.22 dB
-0.253dB	7 MHz	0.00dB	0.25dB	---dB	---	0.22 dB
-0.262dB	8 MHz	0.00dB	0.26dB	---dB	---	0.22 dB
-0.277dB	9 MHz	0.00dB	0.28dB	---dB	---	0.22 dB
-0.270dB	10 MHz	0.00dB	0.27dB	---dB	---	0.22 dB
-0.237dB	20 MHz	0.00dB	0.24dB	---dB	---	0.22 dB
-0.112dB	30 MHz	0.00dB	0.11dB	---dB	---	0.22 dB



P:\Zertifikate\ISO\METCAL_Diagramme\15772983_VDF_2024.05.13_1531_04.png


Path L3/T

-0.912dB	9 kHz	0.00dB	0.91dB	---dB	---	0.22 dB
-1.075dB	10 kHz	0.00dB	1.07dB	---dB	---	0.22 dB
-0.738dB	20 kHz	0.00dB	0.74dB	---dB	---	0.22 dB
-0.456dB	30 kHz	0.00dB	0.46dB	---dB	---	0.22 dB
-0.322dB	40 kHz	0.00dB	0.32dB	---dB	---	0.22 dB
-0.255dB	50 kHz	0.00dB	0.26dB	---dB	---	0.22 dB
-0.208dB	60 kHz	0.00dB	0.21dB	---dB	---	0.22 dB
-0.185dB	70 kHz	0.00dB	0.18dB	---dB	---	0.22 dB
-0.171dB	80 kHz	0.00dB	0.17dB	---dB	---	0.22 dB
-0.153dB	90 kHz	0.00dB	0.15dB	---dB	---	0.22 dB
-0.147dB	100 kHz	0.00dB	0.15dB	---dB	---	0.22 dB
-0.125dB	150 kHz	0.00dB	0.13dB	---dB	---	0.22 dB
-0.115dB	200 kHz	0.00dB	0.12dB	---dB	---	0.22 dB
-0.112dB	300 kHz	0.00dB	0.11dB	---dB	---	0.22 dB

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
-0.115 dB	400 kHz	0.00 dB	0.11 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.113 dB	500 kHz	0.00 dB	0.11 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.115 dB	600 kHz	0.00 dB	0.12 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.119 dB	700 kHz	0.00 dB	0.12 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.119 dB	800 kHz	0.00 dB	0.12 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.122 dB	900 kHz	0.00 dB	0.12 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.126 dB	1 MHz	0.00 dB	0.13 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.144 dB	2 MHz	0.00 dB	0.14 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.163 dB	3 MHz	0.00 dB	0.16 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.183 dB	4 MHz	0.00 dB	0.18 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.203 dB	5 MHz	0.00 dB	0.20 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.219 dB	6 MHz	0.00 dB	0.22 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.238 dB	7 MHz	0.00 dB	0.24 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.256 dB	8 MHz	0.00 dB	0.26 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.277 dB	9 MHz	0.00 dB	0.28 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.276 dB	10 MHz	0.00 dB	0.28 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.292 dB	20 MHz	0.00 dB	0.29 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.233 dB	30 MHz	0.00 dB	0.23 dB	--- dB	---	0.22 dB



P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\15772983_VDF_2024.05.13_1533_11.png


SCHUKO N0/N

-0.869 dB	9 kHz	0.00 dB	0.87 dB	--- dB	---	0.22 dB
-1.048 dB	10 kHz	0.00 dB	1.05 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.716 dB	20 kHz	0.00 dB	0.72 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.431 dB	30 kHz	0.00 dB	0.43 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.304 dB	40 kHz	0.00 dB	0.30 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.243 dB	50 kHz	0.00 dB	0.24 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.200 dB	60 kHz	0.00 dB	0.20 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.180 dB	70 kHz	0.00 dB	0.18 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.160 dB	80 kHz	0.00 dB	0.16 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.150 dB	90 kHz	0.00 dB	0.15 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.141 dB	100 kHz	0.00 dB	0.14 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.117 dB	150 kHz	0.00 dB	0.12 dB	--- dB	---	0.22 dB

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
-0.111dB	200 kHz	0.00dB	0.11dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.108dB	300 kHz	0.00dB	0.11dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.106dB	400 kHz	0.00dB	0.11dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.108dB	500 kHz	0.00dB	0.11dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.112dB	600 kHz	0.00dB	0.11dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.115dB	700 kHz	0.00dB	0.12dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.117dB	800 kHz	0.00dB	0.12dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.120dB	900 kHz	0.00dB	0.12dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.121dB	1 MHz	0.00dB	0.12dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.146dB	2 MHz	0.00dB	0.15dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.174dB	3 MHz	0.00dB	0.17dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.203dB	4 MHz	0.00dB	0.20dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.241dB	5 MHz	0.00dB	0.24dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.263dB	6 MHz	0.00dB	0.26dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.297dB	7 MHz	0.00dB	0.30dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.333dB	8 MHz	0.00dB	0.33dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.364dB	9 MHz	0.00dB	0.36dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.390dB	10 MHz	0.00dB	0.39dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.622dB	20 MHz	0.00dB	0.62dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.793dB	30 MHz	0.00dB	0.79dB	--- dB	---	0.22 dB



P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\15772983_VDF_2024.05.13_1534_51.png


SCHUKO L1/R

-0.860dB	9 kHz	0.00dB	0.86dB	--- dB	---	0.22 dB
-1.017dB	10 kHz	0.00dB	1.02dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.681dB	20 kHz	0.00dB	0.68dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.400dB	30 kHz	0.00dB	0.40dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.279dB	40 kHz	0.00dB	0.28dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.214dB	50 kHz	0.00dB	0.21dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.176dB	60 kHz	0.00dB	0.18dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.147dB	70 kHz	0.00dB	0.15dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.134dB	80 kHz	0.00dB	0.13dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.123dB	90 kHz	0.00dB	0.12dB	--- dB	---	0.22 dB

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
-0.116 dB	100 kHz	0.00 dB	0.12 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.094 dB	150 kHz	0.00 dB	0.09 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.087 dB	200 kHz	0.00 dB	0.09 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.082 dB	300 kHz	0.00 dB	0.08 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.084 dB	400 kHz	0.00 dB	0.08 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.085 dB	500 kHz	0.00 dB	0.08 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.087 dB	600 kHz	0.00 dB	0.09 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.091 dB	700 kHz	0.00 dB	0.09 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.094 dB	800 kHz	0.00 dB	0.09 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.095 dB	900 kHz	0.00 dB	0.10 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.098 dB	1 MHz	0.00 dB	0.10 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.124 dB	2 MHz	0.00 dB	0.12 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.153 dB	3 MHz	0.00 dB	0.15 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.178 dB	4 MHz	0.00 dB	0.18 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.215 dB	5 MHz	0.00 dB	0.21 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.231 dB	6 MHz	0.00 dB	0.23 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.266 dB	7 MHz	0.00 dB	0.27 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.297 dB	8 MHz	0.00 dB	0.30 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.326 dB	9 MHz	0.00 dB	0.33 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.353 dB	10 MHz	0.00 dB	0.35 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.537 dB	20 MHz	0.00 dB	0.54 dB	--- dB	---	0.22 dB
-0.656 dB	30 MHz	0.00 dB	0.66 dB	--- dB	---	0.22 dB



P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\15772983_VDF_2024.05.13_1536_36.png


Isolation

Path: Mains to Receiver Output
RF Output / Receiver Port Connection: VNA Port 2
Mains Connection: VNA Port 1
EuT Connection: 50 Ohm

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
Path N0/N						
23.77 dB	9 kHz	0.0 dB	-23.77 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
35.50 dB	15 kHz	11.9 dB	-23.60 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
41.36 dB	20 kHz	18.6 dB	-22.76 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
46.09 dB	25 kHz	23.8 dB	-22.29 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
50.12 dB	30 kHz	28.1 dB	-22.02 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
57.70 dB	40 kHz	34.8 dB	-22.90 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
65.39 dB	50 kHz	40.0 dB	-25.39 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
70.12 dB	60 kHz	40.0 dB	-30.12 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
68.74 dB	70 kHz	40.0 dB	-28.74 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
66.60 dB	80 kHz	40.0 dB	-26.60 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
65.21 dB	90 kHz	40.0 dB	-25.21 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
64.52 dB	100 kHz	40.0 dB	-24.52 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
63.18 dB	150 kHz	40.0 dB	-23.18 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
63.05 dB	200 kHz	40.0 dB	-23.05 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
63.62 dB	500 kHz	40.0 dB	-23.62 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
64.23 dB	700 kHz	40.0 dB	-24.23 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
64.98 dB	1 MHz	40.0 dB	-24.98 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
68.53 dB	2 MHz	40.0 dB	-28.53 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
78.24 dB	5 MHz	40.0 dB	-38.24 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
58.29 dB	7 MHz	40.0 dB	-18.29 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
56.84 dB	10 MHz	40.0 dB	-16.84 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
60.61 dB	12 MHz	40.0 dB	-20.61 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
56.09 dB	14 MHz	40.0 dB	-16.09 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
71.94 dB	16 MHz	40.0 dB	-31.94 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
72.28 dB	18 MHz	40.0 dB	-32.28 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
62.43 dB	20 MHz	40.0 dB	-22.43 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
61.25 dB	22 MHz	40.0 dB	-21.25 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
64.09 dB	24 MHz	40.0 dB	-24.09 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
63.12 dB	26 MHz	40.0 dB	-23.12 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
62.44 dB	28 MHz	40.0 dB	-22.44 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
60.27 dB	30 MHz	40.0 dB	-20.27 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB



P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\15772983_attenuation_2024.05.13_1538_09.png



Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate


MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
Path L1/R						
23.79dB	9 kHz	0.0dB	-23.79dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
35.70dB	15 kHz	11.9dB	-23.80dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
41.73dB	20 kHz	18.6dB	-23.13dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
46.72dB	25 kHz	23.8dB	-22.92dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
51.10dB	30 kHz	28.1dB	-23.00dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
59.74dB	40 kHz	34.8dB	-24.94dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
66.69dB	50 kHz	40.0dB	-26.69dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
66.28dB	60 kHz	40.0dB	-26.28dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
64.19dB	70 kHz	40.0dB	-24.19dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
62.97dB	80 kHz	40.0dB	-22.97dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
62.31dB	90 kHz	40.0dB	-22.31dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
62.04dB	100 kHz	40.0dB	-22.04dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
62.24dB	150 kHz	40.0dB	-22.24dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
63.11dB	200 kHz	40.0dB	-23.11dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
66.21dB	500 kHz	40.0dB	-26.21dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
66.65dB	700 kHz	40.0dB	-26.65dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
67.01dB	1 MHz	40.0dB	-27.01dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
68.77dB	2 MHz	40.0dB	-28.77dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
74.29dB	5 MHz	40.0dB	-34.29dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
61.61dB	7 MHz	40.0dB	-21.61dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
55.83dB	10 MHz	40.0dB	-15.83dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
68.68dB	12 MHz	40.0dB	-28.68dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
63.23dB	14 MHz	40.0dB	-23.23dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
71.26dB	16 MHz	40.0dB	-31.26dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
71.93dB	18 MHz	40.0dB	-31.93dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
64.16dB	20 MHz	40.0dB	-24.16dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
66.35dB	22 MHz	40.0dB	-26.35dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
70.72dB	24 MHz	40.0dB	-30.72dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
70.80dB	26 MHz	40.0dB	-30.80dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
69.86dB	28 MHz	40.0dB	-29.86dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
66.39dB	30 MHz	40.0dB	-26.39dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
-------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------	---	---	---



P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\15772983_attenuation_2024.05.13_1539_07.png

Path L2/S


24.01dB	9 kHz	0.0dB	-24.01dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
35.83dB	15 kHz	11.9dB	-23.93dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
41.81dB	20 kHz	18.6dB	-23.21dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
46.73dB	25 kHz	23.8dB	-22.93dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
51.00dB	30 kHz	28.1dB	-22.90dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
59.31dB	40 kHz	34.8dB	-24.51dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
66.59dB	50 kHz	40.0dB	-26.59dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
67.67dB	60 kHz	40.0dB	-27.67dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
65.68dB	70 kHz	40.0dB	-25.68dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
64.35dB	80 kHz	40.0dB	-24.35dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
63.66dB	90 kHz	40.0dB	-23.66dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
63.39dB	100 kHz	40.0dB	-23.39dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
63.58dB	150 kHz	40.0dB	-23.58dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
64.51dB	200 kHz	40.0dB	-24.51dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
66.43dB	500 kHz	40.0dB	-26.43dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
66.43dB	700 kHz	40.0dB	-26.43dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
67.56dB	1 MHz	40.0dB	-27.56dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
68.13dB	2 MHz	40.0dB	-28.13dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
81.45dB	5 MHz	40.0dB	-41.45dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
64.88dB	7 MHz	40.0dB	-24.88dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
55.97dB	10 MHz	40.0dB	-15.97dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
67.56dB	12 MHz	40.0dB	-27.56dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
61.45dB	14 MHz	40.0dB	-21.45dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
70.86dB	16 MHz	40.0dB	-30.86dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
72.16dB	18 MHz	40.0dB	-32.16dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
62.69dB	20 MHz	40.0dB	-22.69dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
62.82dB	22 MHz	40.0dB	-22.82dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
67.16dB	24 MHz	40.0dB	-27.16dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
68.45dB	26 MHz	40.0dB	-28.45dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
67.71dB	28 MHz	40.0dB	-27.71dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
-------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------	--	---	---

65.62dB	30 MHz	40.0dB	-25.62dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
---------	--------	--------	----------	-----------	----------	---------



P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\15772983_attenuation_2024.05.13_1540_10.png

Path L3/T


23.79dB	9 kHz	0.0dB	-23.79dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
35.39dB	15 kHz	11.9dB	-23.49dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
41.05dB	20 kHz	18.6dB	-22.45dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
45.50dB	25 kHz	23.8dB	-21.70dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
49.16dB	30 kHz	28.1dB	-21.06dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
55.59dB	40 kHz	34.8dB	-20.79dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
61.62dB	50 kHz	40.0dB	-21.62dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
67.99dB	60 kHz	40.0dB	-27.99dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
75.41dB	70 kHz	40.0dB	-35.41dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
79.04dB	80 kHz	40.0dB	-39.04dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
76.29dB	90 kHz	40.0dB	-36.29dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
73.59dB	100 kHz	40.0dB	-33.59dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
69.36dB	150 kHz	40.0dB	-29.36dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
68.22dB	200 kHz	40.0dB	-28.22dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
67.58dB	500 kHz	40.0dB	-27.58dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
67.88dB	700 kHz	40.0dB	-27.88dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
69.22dB	1 MHz	40.0dB	-29.22dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
71.04dB	2 MHz	40.0dB	-31.04dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
72.96dB	5 MHz	40.0dB	-32.96dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
60.04dB	7 MHz	40.0dB	-20.04dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
55.95dB	10 MHz	40.0dB	-15.95dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
72.97dB	12 MHz	40.0dB	-32.97dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
57.96dB	14 MHz	40.0dB	-17.96dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
61.54dB	16 MHz	40.0dB	-21.54dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
67.61dB	18 MHz	40.0dB	-27.61dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
61.16dB	20 MHz	40.0dB	-21.16dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
60.23dB	22 MHz	40.0dB	-20.23dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
64.32dB	24 MHz	40.0dB	-24.32dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
64.62dB	26 MHz	40.0dB	-24.62dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
-------------------------------	--------------------------------------	---	-------------------------	--	---	---

63.01dB	28 MHz	40.0dB	-23.01dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
59.19dB	30 MHz	40.0dB	-19.19dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB



P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\15772983_attenuation_2024.05.13_1541_17.png


Schuko N0/N

23.76dB	9 kHz	0.0dB	-23.76dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
35.44dB	15 kHz	11.9dB	-23.54dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
41.22dB	20 kHz	18.6dB	-22.62dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
45.84dB	25 kHz	23.8dB	-22.04dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
49.73dB	30 kHz	28.1dB	-21.63dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
56.84dB	40 kHz	34.8dB	-22.04dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
63.70dB	50 kHz	40.0dB	-23.70dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
69.25dB	60 kHz	40.0dB	-29.25dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
69.75dB	70 kHz	40.0dB	-29.75dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
68.02dB	80 kHz	40.0dB	-28.02dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
66.50dB	90 kHz	40.0dB	-26.50dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
65.58dB	100 kHz	40.0dB	-25.58dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
63.78dB	150 kHz	40.0dB	-23.78dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
63.40dB	200 kHz	40.0dB	-23.40dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
63.64dB	500 kHz	40.0dB	-23.64dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
64.14dB	700 kHz	40.0dB	-24.14dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
64.74dB	1 MHz	40.0dB	-24.74dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
68.04dB	2 MHz	40.0dB	-28.04dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
85.51dB	5 MHz	40.0dB	-45.51dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
61.85dB	7 MHz	40.0dB	-21.85dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
59.60dB	10 MHz	40.0dB	-19.60dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
61.30dB	12 MHz	40.0dB	-21.30dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
54.95dB	14 MHz	40.0dB	-14.95dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
65.86dB	16 MHz	40.0dB	-25.86dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
71.06dB	18 MHz	40.0dB	-31.06dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
72.78dB	20 MHz	40.0dB	-32.78dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
71.84dB	22 MHz	40.0dB	-31.84dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
71.11dB	24 MHz	40.0dB	-31.11dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
72.48 dB	26 MHz	40.0 dB	-32.48 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
71.21 dB	28 MHz	40.0 dB	-31.21 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
66.29 dB	30 MHz	40.0 dB	-26.29 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB



P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\15772983_attenuation_2024.05.13_1542_27.png


Schuko L1/R1

23.79 dB	9 kHz	0.0 dB	-23.79 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
35.68 dB	15 kHz	11.9 dB	-23.78 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
41.70 dB	20 kHz	18.6 dB	-23.10 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
46.66 dB	25 kHz	23.8 dB	-22.86 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
51.00 dB	30 kHz	28.1 dB	-22.90 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
59.54 dB	40 kHz	34.8 dB	-24.74 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
66.65 dB	50 kHz	40.0 dB	-26.65 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
66.73 dB	60 kHz	40.0 dB	-26.73 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
64.59 dB	70 kHz	40.0 dB	-24.59 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
63.32 dB	80 kHz	40.0 dB	-23.32 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
62.66 dB	90 kHz	40.0 dB	-22.66 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
62.35 dB	100 kHz	40.0 dB	-22.35 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
62.63 dB	150 kHz	40.0 dB	-22.63 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
63.49 dB	200 kHz	40.0 dB	-23.49 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
66.71 dB	500 kHz	40.0 dB	-26.71 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
67.09 dB	700 kHz	40.0 dB	-27.09 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
67.37 dB	1 MHz	40.0 dB	-27.37 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
69.02 dB	2 MHz	40.0 dB	-29.02 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
74.23 dB	5 MHz	40.0 dB	-34.23 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
59.27 dB	7 MHz	40.0 dB	-19.27 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
54.58 dB	10 MHz	40.0 dB	-14.58 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
70.24 dB	12 MHz	40.0 dB	-30.24 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
62.91 dB	14 MHz	40.0 dB	-22.91 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
64.47 dB	16 MHz	40.0 dB	-24.47 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
71.46 dB	18 MHz	40.0 dB	-31.46 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
73.40 dB	20 MHz	40.0 dB	-33.40 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB
72.55 dB	22 MHz	40.0 dB	-32.55 dB	---/ +0 dB	--- pass	0.25 dB

Kalibrier-Zertifikat Calibration Certificate

MUSTER

Bezugswert Reference value	Messbedingung Measuring condition	Angezeigter Wert UUT Indicated value UUT	Abweichung deviation	zulässige Abweichung allowed deviation	Ausnutzung der zul. Abw. in % Utilization of allowed dev. in %	Messunsicherheit (k=2) Measuring uncertainty (k=2)
74.19dB	24 MHz	40.0dB	-34.19dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
75.97dB	26 MHz	40.0dB	-35.97dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
72.85dB	28 MHz	40.0dB	-32.85dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB
65.62dB	30 MHz	40.0dB	-25.62dB	---/ +0dB	--- pass	0.25 dB



P:\Zertifikate_ISO\METCAL_Diagramme\15772983_attenuation_2024.05.13_1543_24.png

Artificial Hand						
Capacitance						
218.6pF	1 MHz	220pF	1.36pF	±44 pF	3% pass	10 pF
Impedance						
500.5Ω	1 MHz	510Ω	9.50Ω	±51Ω	19% pass	0.87 Ω

zulässige Abweichung abgeschätzt durch Testo Industrial Services GmbH.
allowed deviation estimated by Testo Industrial Services.

Ausnutzung der zul. Abw. in % = $\frac{|Abweichung|}{zul. Abw.}$
Utilization of allowed dev. in % = $\frac{|deviation|}{allowed dev.}$

Die Angabe der Toleranzausnutzung in % ist bei logarithmischen Einheiten nicht sinnvoll und wird mit "---" entwertet.
The indication of the tolerance utilization in % is not applicable for logarithmic units and is invalidated with "---".