



Kalibrierschein / Calibration Certificate

erstellt durch das Kalibrierlaboratorium
issued by the calibration laboratory



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-K-15070-01-00

Testo Industrial Services GmbH
Gewerbestraße 3
79199 Kirchzarten

Kalibrierzeichen
Calibration mark

MUSTER
D-K- 15070-01-00
2023-04

Gegenstand <i>Object</i>	Waage bis 6 kg	Dieser Kalibrierschein dokumentiert die metrologische Rückführbarkeit auf das Internationale Einheitensystem (SI). Die DAkkS ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine. Die Messergebnisse beziehen sich nur auf den kalibrierten Gegenstand. Das Laboratorium gibt keine Empfehlung über das Kalibrierintervall. Für die Festlegung und Einhaltung von Fristen zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.
Hersteller <i>Manufacturer</i>	Satorius Lab Instruments GmbH & Co. KG	
Typ <i>Type</i>	EB6DCE-IX	
Fabrikat/Serien Nr. <i>Serial number</i>	123455656	
Equipment Nr. <i>Equipment number</i>	12345678	
Prüfmittel Nr. <i>Test equipment no.</i>	P654	
Auftraggeber <i>Customer</i>	Musterzertifikat GmbH DE-12345 Musterhausen	
Auftragsnummer <i>Order No.</i>	654321	
Datum der Kalibrierung <i>Date of calibration</i>	17.04.2023	<i>This calibration certificate documents the metrological traceability to the International System of Units (SI). The DAkkS is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. The measurement results refer only to the calibration object. The laboratory does not make any recommendation about the calibration interval. The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.</i>
Datum der Rekalibrierung <i>Date of re-calibration</i>	17.04.2025	
Konformitätsaussage <i>Statement of conformity</i>	Pass	

Weitere Informationen auf Seite 4
Further information see page 4

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the issuing laboratory.

Datum <i>Date</i>	Leiter des Kalibrierlaboratoriums <i>Head of the calibration laboratory</i>	Freigabe des Kalibrierscheins durch <i>Approval of the certificate of calibration by</i>
17.04.2023	 Max Mustermann	 Martina Musterfrau

MUSTER
D-K- 15070-01-00
2023-04

Kalibrierschein vom calibration certificate dated 17.04.2023

Kalibriergegenstand Calibration object

Gegenstand Object Waage bis 6 kg

Inventar Nr. Inventory no. Messplatz 2 oben

Standort Location MÖNSHEIM

Kalibrierverfahren Calibration procedure

Die Kalibrierung erfolgt entsprechend der EURAMET/cg-18/v.4.0 - Richtlinie für nichtselbsttätige Waagen.

Die Kalibrierung umfasst folgende Ermittlungen und Bestimmungen:

- Mittige Belastung / Linearitätsprüfung
- Außermittige Belastung
- Reproduzierbarkeit

Die Kalibrierung wurde mit Gewichten der OIML R111 Klasse E2 durchgeführt.

The calibration is conducted according to EURAMET/cg-18/v.4.0 – guideline for not automatically acting balances.

The calibration consists of the following evaluations and calculations:

- Centric load / linearity test
- Excentric load
- Reproducibility

The calibration was performed with balance weights of the OIML R111 class E2.

Ort der Kalibrierung Location of calibration

Bertrandt Technologie GmbH, Betriebsstätte Ehningen, Friedrichshof 12, D-71297 Mönshheim, AKF-Beladestation

Umgebungsbedingungen Ambient conditions

Temperatur Temperature 21,9 °C Feuchte Humidity 40,1% rF % RH

Temperaturdifferenz (Gewichte - Kalibrierort) 0,3 K

Temperature difference (balance weights – location of calibration)

Equipment-Nr. der verwendeten Messeinrichtung 11351102

Equipment no. of the utilized measuring device

Messeinrichtungen Measuring equipment

Referenz Reference	Rückführung Traceability	Rekal. Next cal.	Zertifikat-Nr. Certificate-no.	Eq.-Nr. Eq.-no.
E2 - Gewichtssatz E2 - set of weights	19408-01-00 2021-06	2023-06	4093294	13681207

Referenzzertifikate sind auf www.primasonline.com abrufbar Reference certificates are available at www.primasonline.com



MUSTER
D-K- 15070-01-00
2023-04

Kalibrierschein vom calibration certificate dated 17.04.2023

Messergebnisse Measuring results

Mittige Belastung / Linearitätsprüfung Centric loading / Linearity testing value

Prüfpunkte Test points	Bezugswert Reference value kg	Angezeigter Messwert Kalibri- ergegenstand Indicated measured value probe kg	Abweichung Deviation kg	Zulässige Abweichung Allowed deviation kg	Messunsicherheit Measurement uncer- tainty (k=2) kg	Bewertung Confirmation
1	1,00000	1,0000	0,00000	0,0008	0,00013	pass
2	2,00000	2,0000	0,00000	0,0008	0,00013	pass
3	3,00000	3,0000	0,00000	0,0008	0,00013	pass
4	4,00000	4,0000	0,00000	0,0008	0,00013	pass
5	6,00000	6,0000	0,00000	0,0008	0,00013	pass

Außenmittige Belastung Excentric load

Prüfpunkte Test points	Bezug- swert Reference value kg	Angezeigter Messwert Kalibriergegenstand Indicated measured value probe kg	Abweichung zur mittigen Belastung Deviation for centric loading			
			Links hinten Left rear	Links vorne Left front	Rechts hinten Right rear	Rechts vorne Right front
ca. 1/3 der max-Last approx. 1/3 of the max-load	2,00000	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Links hinten Left rear 2,0000 2,0000 Rechts hinten Right rear </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Links vorne Left front 2,0000 Mittig Centric 2,0000 Rechts vorne Right front </div>	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Reproduzierbarkeit Reproducibility

Prüfpunkte Test points	Bezugswert Reference value kg	Angezeigter Messwert Kalibriergegenstand Indicated measured value probe kg						Mittelwert Average value kg	Standardabw- eichung Standard devia- tion
		1	2	3	4	5	6		
> 1/2 der max- Last > 1/2 of the max- load	3,00000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,00000	0,00000



MUSTER
D-K- 15070-01-00
2023-04

Kalibrierschein vom calibration certificate dated 17.04.2023

Messunsicherheit Measurement uncertainty

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor $k = 2$ ergibt. Sie wurde gemäß EA-4/02 M: 2022 ermittelt. Der Wert der Messgröße liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 95 % im zugeordneten Wertebereich. Ein Anteil für die Langzeit-Instabilität ist nicht enthalten.

The expanded uncertainty of measurement corresponding to the measurement results is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor $k = 2$. This was determined in accordance with EA-4/02 M: 2022. Usually the true value is located within the corresponding interval with a probability of approximately 95%. A ratio for the long-term instability is not included.

Bemerkungen Remarks

Konformitätsaussage Conformity statement

Alle Messergebnisse liegen unter der Berücksichtigung der erweiterten Messunsicherheit innerhalb der zulässigen Abweichung.

All measurement results are within the allowed deviation taking into account the expanded measurement uncertainty.

Die Konformitätsaussage erfolgt gemäß der Entscheidungsregel "Vertrauensniveau 95" mit einer Konformitätswahrscheinlichkeit größer 95%

The conformity statement is made according to the decision rule "confidence level 95" with a conformity probability greater than 95%.

Zulässige Abweichung gemäß Hersteller.

Allowed deviation in accordance with manufacturer.

Die Einhaltung der zulässigen Abweichung wird im Kalibrierzertifikat wie folgt angezeigt:

The compliance to allowed deviation is represented on the calibration certificate as follows:

Messwert und Messunsicherheit innerhalb der zulässigen Abweichung. Measured value and measurement uncertainty inside the allowed deviation.	pass	
Messwert innerhalb und Messunsicherheit teilweise außerhalb der zulässigen Abweichung. Measured value inside and measurement uncertainty partly outside the allowed deviation.	fail	
Messwert außerhalb und Messunsicherheit teilweise innerhalb der zulässigen Abweichung. Measured value outside and measurement uncertainty partly inside the allowed deviation.	fail	
Messwert und Messunsicherheit außerhalb der zulässigen Abweichung. Measured value and measurement uncertainty outside the allowed deviation.	fail	

The German original text is valid in case of doubt.

- Ende des Kalibrierscheins -
- End of the calibration certificate -

